

L.dz. W/404/2023/DZP

Olsztyn, 3.04.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

**Dotyczy: postępowania nr 80/2023/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności oraz dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 14 kompletu pipet o następujących parametrach:

a) W zakresie pozycji 1

Pojemność [ $\mu$ ]	Krok [ $\mu$ ]	Dokładność [%]	Precyzja [%]
1-10	0,01	1	0,7
10-100	0,1	0,8	0,2
100-1000	1	0,5	0,2

Wraz ze statywem 3-pozycyjnym?

b) W zakresie pozycji 2

Pojemność [ $\mu$ ]	Krok [ $\mu$ ]	Dokładność [%]	Precyzja [%]
0,1-2	0,002	2	1,5
2-20	0,02	1	0,5
20-200	0,2	0,6	0,2

Wraz ze statywem 3-pozycyjnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na parametry zaproponowane do pozycji 1 w zakresie części 14.  
Zamawiający **nie wyraża zgody** na parametry zaproponowane do pozycji 2 w zakresie części 14.

Z poważaniem,

**KANCLERZ**  
**mgr inż. Bogusław Stec**

*Sporządziła: Dorota Borkowska*