

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 392/2022/TP/DZP pt. „Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 4:


Kardiomonitor z pomiarem CO2 - 1 sztuka

Pytanie nr. 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym wskaźnikiem alarmu widocznym z przodu monitora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE


Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z mankietami do pomiaru ciśnienia w rozmiarach: obwód ramienia 3,1-5,7 cm, obwód ramienia 4,3-8,0 cm, obwód ramienia 5,8-10,9 cm, obwód ramienia 7,1-13,1 cm?


Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem,


SPECIALISTA
mgr Anna Opalach

Sporządzili: Andrzej Rychlik, Anna Opalach

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec