

Wszyscy Wykonawcy

ZP- 2304/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/30/PN/19).

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- 1. Dotyczy zadania 18** - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy w skład którego wchodzi:
- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilzacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm,
 - dren ciśnieniowy,
 - część Y obrotowa
 - posiadający wejście do podawania surfaktantu,
 - przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza zarówno powyżej 4l/min. lub poniżej 4l/min,
 - komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów,
 - odcinek od nawilzacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony zakończony 22F z drugiej 15F,
 - podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów,
 - komorę nawilzacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilzaczem typu F&P MR 850.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 2. Dotyczy zadania 101** - Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu, ale dopuszcza, aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 % .

- 3. Dotyczy zadania 101** - Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- 4. Dotyczy zadania 101** Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiegające ingerencji promieni bocznych dodatkowo wyprofilowany kształt umożliwia bezproblemowe poruszanie powiekom podczas naświetlania dziecka.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

5. Dotyczy zadania 101 Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

6. Dotyczy zadania 101 Czy Zamawiający dopuści okulary posiadające dwa rzępy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

7. Dotyczy zadania 23, 37 i 169 - Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaferowane elektrody, kaniule oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu i oczekuje asortymentów o parametrach zgodnych z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym.

8. Dotyczy 37 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania oryginalny papier do LIFEPAK 20e pakowany po 3 rolki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

9. Dotyczy zadania 37 - Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z zadania 37 do osobnego pakietu lub dołączyć do pakietu 23 pozycje 21, 26, 29 co pozwoli na złożenie oferty producentowi oryginalnych akcesoriów do defibrylatorów LIFEPAK?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

10. Dotyczy zadania 76 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 76 pozycji o 4 co umożliwi złożenie korzystniejszej oferty?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

11. Dotyczy SIWZ pkt. XVI Ogólne warunki umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy, punkt 3.2 Warunki płatności dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych i zastąpienie ich zapisami umożliwiającymi wystawianie i dostarczanie faktur za każdą zrealizowaną dostawę towaru?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy zadania 171 - Czy w zadaniu 171 Zamawiający dopuści cewniki do dializ o przekroju 11,5Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

13. **Dotyczy zadania 172** - Czy w zadaniu 172 Zamawiający dopuści cewniki o końcówce symetrycznej tzw. spiralne „Z” oraz skalpelem zamykanym, pozostałe wszystkie parametry bez zmian?

Odp. Nie.

14. **Dotyczy zadania 6** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji 5 dopuści zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający:

- Iglę Tuohy 18G, długość 80 mm,
- cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi: wykonany z materiału o dużej przejrzystości
- i odporności na załamania, o gładko wykończonej końcówce, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika, niebieskie znaczniki co 10 mm pomiędzy 50 – 150 mm oraz na odległości 200 mm, długość cewnika 900 mm;
- filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2 µm, przezroczysty i umożliwiający podgląd filtracji;
- strzykawka niskooporowa 10 ml o starannie wygładzonym wnętrzu;
- zatraskowy i płaski łącznik cewnika z blokadą przypadkowego otwarcia;
- przewodnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

15. **Dotyczy zadania 6** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo na wydzielony asortyment.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

16. **Dotyczy zadania 27** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 w pozycji 1 wymaga, aby rurka dotchawicza posiadała samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiającą założenie bądź wymianę rurki.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

17. **Dotyczy zadania 27** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 w pozycji 1 wymaga, aby rurka dotchawicza posiadała mankiet niskociśnieniowy z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankiету typu Soft Seal.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

18. **Dotyczy zadania 27** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 w pozycji 2 wymaga, aby rurka dotchawicza posiadała mechanizm blokujący umożliwiającą przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

19. **Dotyczy zadania 27** - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 w pozycji 2 wymaga, aby rurka dotchawicza posiadała mankiet niskociśnieniowy z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankiету typu Soft Seal?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

20. Dotyczy zadania 27 -Czy Zamawiający w Zadaniu nr 27 w pozycji 2 wymaga, aby rurka dotchawicza była wykonana z mieszaniny silikonu i PCW?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

21. Dotyczy zadania 69 -Czy Zamawiający w Zadaniu 69 w pozycji 4 wymaga, aby zestaw był wyposażony w zbrojoną rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i z regulowanym położeniem kołnierza.

Odp. Tak. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 69 pozycja 4, która otrzymuje nowe brzmienie:

„Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera. Zestaw zawiera:

- 1 stopniowe rozszerzadło w kształcie litery S z miękkim końcem oraz ergonomicznym uchwytem. Rozszerzadło pokryte hydrofilną warstwą poślizgowa i posiada otwór na cewnik prowadzący oraz znacznik informujący o głębokości wprowadzenia,*
- zakrzewione kleszczyki do preparacji tkanki,*
- strzykawka 10 ml do aspiracji,*
- długa wyskalowana igła wprowadzająca 14G z kaniulą,*
- długi wyskalowany rozszerzacz wstępny,*
- elastyczny cewnik prowadzący ze znacznikami,*
- prowadnica Seldingera,*
- samoblokujący się mandryn posiadający otwór na cewnik prowadzący,*
- gaziki,*
- sterylny żel nawilżający,*
- obłożenie pola operacyjnego z oknem,*
- zabezpieczenie igły przed zakłuciem*
- zbrojoną rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z regulowanym położeniem kołnierza”. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 69.*

22. Dotyczy zadania 2- Prosimy o uszczegółowienie, czy w zadaniu 2 wymagane jest zaferowanie kaniuli dotętnicznej z zamknięciem Floswitch o długości 45 mm i rozmiarze 20 G powlekanej silikonem dla łatwiejszej i bezpieczniejszej implantacji z igłą wprowadzającą z bocznym nacięciem z otworem w części dystalnej.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

23. Dotyczy zadania 123 Woreczek do laparoskopii do preparatów tkankowych - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie woreczków pojemności 200ml w rozmiarze 85x185mm, ze struną izolowaną do zaciągania umożliwiającą samorozwinięcie worka, umieszczony w rurce do trokara średnicy 10mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dotyczy zadania 174 Trójdrożny cewnik pooperacyjny do drenażu pęcherza typu Dufour'a - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu bez dodatkowych linii kontrastujących.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Dotyczy zadania 172 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie w postępowaniu cewników permanentnych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności: średnica 15,5 Fr, o długości od 19cm – 31cm(długość do mufki), cewnik dwuświatłowy implantowany metodą Seldingera, zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętnicznym zmniejsza stopień recyrkulacji, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Dotyczy zadania 170 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Nie.

27. Dotyczy zadania 171 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Nie.

28. Dotyczy zadania 172 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permethane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp. Nie.

29. Dotyczy zadania 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie drenaży klatki piersiowej o następujących parametrach: Jednorazowy, 3-komorowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodnym uszczelnieniem oraz wodnym regulatorem ssania (wodna komora regulacji pod-ciśnienia).

- Wydzielona komora zbiorcza, kolekcyjna o pojemności 2100ml, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml.
- Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H₂O.
- Zestaw pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu.
- Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu.

- Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze kolekcyjnej, drenaż posiada możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Jest w pełni bezpieczny oraz łatwy w obsłudze, jednocześnie zapewniając komfort pracy personelu medycznego.
- Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu.
- W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów.
- Membranowy port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia, umożliwiający łatwą i aseptyczną redukcję poziomu płynu.
- Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności.
- Spiralna ochrona przed załamaniem drenu łączącego. Wielopozycyjne wieszaki schowane w wygodnym uchwycie pozwalają na zawieszenie urządzenia na poręczy każdego rodzaju łóżka.
- Wysuwana podstawka zapewnia stabilność ustawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

30. Dotyczy zadania 49 - Pakiety do wymazów - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany wcześniej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Dotyczy zadania 53 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie szczoteczki cytologicznej o długości 1200 mm – analogicznej jak długość kleszczyków do bronchoskopii, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Dotyczy zadania 54 poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka w jednostce miary długości szczoteczki do czyszczenia kanału bronchoskopu i powinno być 100 cm lub 1000 mm?

Odp. Nie, nie zaszła omyłka. Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje szczoteczki do czyszczenia kanału bronchoskopu o długość 100 mm.

33. Dotyczy zadania 54 poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych szczoteczek do czyszczenia kanału bronchoskopu o długości 1200 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Dotyczy zadania 70 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazowego użytku pasującą do wielorazowych kleszczyków o długości 28cm. Elektroda z możliwością przecinania tkanek z systemem zamykania naczyń do 7 mm. Aktywacja nożna i ręczna. Kompatybilna z generatorem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Nie.

35. Dotyczy zadania 70 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrodę jednorazowego użytku pasującą do wielorazowych kleszczyków o długości 28cm . Elektroda z możliwością przecinania tkanek z systemem zamykania naczyń do 7 mm. Aktywacja nożna i ręczna. Kompatybilna z generatorem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. Nie.

36. Dotyczy zadania 16, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o chłonności 1250 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

37. Dotyczy zadania 61, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepków pakowanych po 100 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

38. Dotyczy zadania 61, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepków pakowanych po 100 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

39. Dotyczy zadania 62 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszul nieprześwitujących z krótkim rękawem, wiązanych w pasie i przy szyi, SMS 35 g/m², z rozcięciem z tyłu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

40. Dotyczy zadania 108 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie myjek w rozmiarze 17x24 cm i gramaturze 100 g/m², pakowanych po 50 szt., reszta zgodna z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

41. Dotyczy SIWZ pkt. XVI - Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie pkt 2.15 o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisji przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisji więcej niż jeden asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. XVI Ogólne warunki umowy - ppkt. 2 poprzez dodanie ppkt. 2.15 o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z komisji przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w komisji więcej niż jeden asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out”.

42. Dotyczy SIWZ pkt. XVI - Prosimy o doprecyzowanie pkt XVI SIWZ poprzez dodanie pkt 2.16 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności asortymentu pozostającego w komisji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

43. Dotyczy zadania 39, poz. 1 - Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do odrębnego pakietu np. 39a w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców i dopuści Elektrode neutralną jednorazową, hydrożelowa dzielona dla dorosłych i dzieci o rozmiarach 174 x 122 mm, 110 cm² z pasem okalającym, pozwalającym na niekierunkową aplikację z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego pacjenta w ilości 14000szt?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfrą arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

44. Dotyczy zadania 39, poz. 2 - Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do odrębnego pakietu np. 39a w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców i dopuści Elektrode neutralną jednorazową, hydrożelowa dzielona dla noworodków

o rozmiarach 110 x76 mm, 40 cm² z pasem okalającym, pozwalającym na niekierunkową aplikację z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego pacjenta w ilości 500szt.?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

45. Dotyczy zadania 39, poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do odrębnego pakietu np. 39a w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców i dopuści, Monopolarną pętlę endoskopową do laparoskopowej histerektomii nadszyjkowej i miomektomii o wymiarach Ø100mm w tubusie 5mm wielorazowego użytku? Ponadto wykonawca przy pierwszym zamówieniu przez zamawiającego udostępni na czas trwania umowy 3 tuby o średnicy 5mm, wielorazowego użytku i 3 rozłączne kable wielorazowego użytku o długości min. 3 m i wtyczką do diatermii 4mm pętla jałowa, jednorazowa op. 10 szt? Pozwoli to zamawiającemu na ograniczenie kosztów zabiegu co wpłynie na mniejszy wydatek środków finansowych przez szpital?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

46. Dotyczy zadania 39, poz.4_ - Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do odrębnego pakietu np. 39a w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców i dopuści Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową, z przyciskami cięcia/koagulacja z kablem o długości 3 m z wtyczką 3-pin, jednorazowy, sterylny w ilości 13000szt?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

47. Dotyczy zadania 39, poz.5 - Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do odrębnego pakietu np. 39a w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania jak i również zwiększenia liczbie potencjalnych wykonawców i dopuści Uchwyt monopolarny jednorazowy sterylny z elektrodą nożową, z przyciskami cięcia/koagulacja z kablem o długości min.5 m z wtyczką 3-pinową? Ponadto wykonawca na czas trwania umowy udostępni adaptery przejściowe w ilości odpowiadającej ilości diatermii na bloku operacyjnym tak aby można było łączyć się z diatermiami w zależności od potrzeby z 1-pin na 3-pin w ilości 2000szt? Pozwoli to zamawiającemu na ograniczenie kosztów zabiegu co wpłynie na mniejszy wydatek środków finansowych przez szpital.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

48. Dotyczy zadania nr 23 poz. 1 - Prosimy o podanie modeli/ typów defibrylatorów LIFEPACK, do których mają być przeznaczone elektrody do defibrylacji wymienione w pozycji 1.

Odp. Elektrody będą przeznaczone do defibrylatorów LifePack: 12, 15, 20e, 1000 oraz Responder 2000.

49. Dotyczy zadania 37 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny w ww. pozycjach op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy zadania 37 (w załączeniu).

50. Dotyczy zadania 37 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za szt. do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podania ceny jednostkowej za szt. do 4 miejsc po przecinku.

51. Dotyczy zadania 37 poz. 31 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru SONY UPP – 84 HG o rozmiarze 84 mm x 13,5 m.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Dotyczy zadania 117 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości pojedynczej ścianki: palca – 0,19 mm +/- 0,02 mm; dłoni – 0,20 mm +/- 0,02 mm; mankietu – 0,13 mm +/- 0,02 mm; o sile zrywania przed starzeniem min. 9 N. pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Dotyczy SIWZ – pkt. VI. 2 - grupa kapitałowa Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odp. Zgodnie z pkt. VI.2 SIWZ każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

54. Dotyczy SIWZ – XVI pkt. 4.1 kary umowne - Prosimy o zmianę kary umownej na 20% wartości netto części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Dotyczy zadania 34, pozycja 1, 2, 4, 5 - Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania, konkurencyjnego producenta (pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)? o następujących cechach:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest kątowy, uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) o pojemności 2L, 3L, o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.
- Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (wg. ISO 22196) co przyczynia się do zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i uchwyty w przypadku wybrania naszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Dotyczy zadania_34 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści saszetki o gramaturze 20g,o dużej sile absorpcji, wystarczające do związania odsysanych płynów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

57. Dotyczy zadania 108 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

58. Dotyczy zadania 108 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 17 x 24 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

59. Dotyczy zadania 108 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści myjki o wyższych parametrach, niż te wymagane przez Zamawiającego – tj. myjki wykonanej z obu stron z włókniny o gramaturze 100g/m2 ? Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

60. Dotyczy zadania 108 poz. 1- Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

61. Dotyczy zadania 108 poz. 1- Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odp. Nie.

62. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zgodnie z pkt. VI.2 SIWZ każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

63. Dotyczy SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odp. Tak, z wyjątkiem pełnomocnictwa i gwarancji bankowej.

64. Dotyczy zadania 8 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści mikrofiltr pasujący do rurek od 3,0-3,5 o masie 4.5g, złącza 3.5/15mm, 3.0/15mm, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 27.4 mg H₂O/l przy Vt=500 ml, o objętości oddechowej powyżej 25 ml, z samo domykającym się portem do odsysania i integralnym portem do dodatkowego tlenu? Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

65. Dotyczy zadania 26 poz. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurki pozbawione były ftalanów i dopuści rurki ze śladową ich ilością, spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE i naszym kraju. Pragniemy zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.

Odp. Nie.

66. Dotyczy zadania 26 poz. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV, bez silikonu?

Odp. Nie.

67. Dotyczy zadania 26 poz. 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wyraźnym znacznikiem głębokości w postaci dwóch wyraźnych pasków na rurce, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający wymaga wyraźnego znacznika głębokości intubacji w postaci dwóch pełnych pierścieni.

68. Dotyczy zadania 26 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rurkę w opakowaniu papier- folia bez dodatkowy zgrzewów, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego?

Odp. Nie.

69. Dotyczy zadania 26 poz. 1, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę z mankietem zwięzającym się ku dołowi (płaski przed wypełnieniem), spełniającą pozostałe wymagania?

Odp. Nie.

70. Dotyczy zadania 26 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarach FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0), tak jak obecnie spełniającą pozostałe wymagania?

Odp. Nie.

71. Dotyczy zadania 26 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści przewodnice w rozmiarach FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), tak jak obecnie spełniającą pozostałe wymagania?

Odp. Nie.

72. Dotyczy zadania 29 poz. 9-10 - Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje na zamknięte systemy do odsysania oraz akcesoria producenta, które może zaferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca, prosimy o podzielenie powyższego pakietu.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert

częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

73. Dotyczy zadania 29 poz. 19-20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwi Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

74. Dotyczy zadania 32 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur rozciągalnych od 60 do 180 cm (z pamięcią kształtu) i dodatkową rurą rozciągalną do długości 180 cm (z pamięcią kształtu), spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Nie.

75. Dotyczy zadania 33 poz. 2 -Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 10 ml, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

76. Dotyczy zadania 36 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z hydrofobowym medium filtracyjnym o skuteczności filtracji bakteryjnej 99.9999% i wirusowej 99.999%, przestrzeń martwa 53 ml, złącze proste, opory przepływu 23.2 mm H₂O przy 60l/min, skuteczności nawilżania 36.8 mg l/H₂O, przeznaczony dla dorosłych z portem kapno, masa 30 g, sterylny?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

77. Dotyczy zadania 36 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej, skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.9999%, przestrzeni martwej 54 ml, hydrofobowym medium filtracyjnym, masa 38 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno, złącza 22M/15F-22M?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

78. Dotyczy zadania 75 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheotomijnej dla dorosłych (sztuczny nos) o masie 4.5g, złącza 3.5/15mm, 3.0/15mm, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 27.4 mg H₂O/l przy V_t=500 ml, o objętości oddechowej powyżej 25 ml, z samo domykającym się portem do odsysania i integralnym portem do dodatkowego tlenu? Zamawiający korzysta obecnie z powodzeniem z takiego rozwiązania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

79. Dotyczy zadania 75 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m? Zamawiający korzysta obecnie z powodzeniem z takiego rozwiązania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

80. Dotyczy zadania 75 poz. 4 -Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3m? Zamawiający korzysta obecnie z powodzeniem z takiego rozwiązania.

Odp. Nie.

81. Dotyczy zadania 125 poz. 1, 3 -Czy Zamawiający dopuści układ z drugą, dodatkową rurą rozciągalną do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Nie.

82. Dotyczy zadania 125 poz. 1-3 -Czy Zamawiający dopuści układ o mniejszych oporach i nieznacznie różniącej się wydajności ogrzewania, spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

83. Dotyczy zadania 125 poz. 2 -Czy Zamawiający dopuści układ rurą o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

84. Dotyczy zadania 125 poz. 1-3- Czy Zamawiający dopuści układ typu „rura w rurze”?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

85. Dotyczy zadania 127 - Czy Zamawiający dopuści czujniki klejowe?

Odp. Nie.

86. Dotyczy zadania 53 - Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pozycji 2 szczoteczkę cytologiczną, jednorazową do bronchoskopii, kateter 1.8mm, długość 1200mm lub 2400mm (do wyboru).

Odp. Nie.

87. Dotyczy zadania 54 - Czy Zamawiający wymaga szczoteczki do czyszczenia kanału bronchoskopu, jednorazowej, kateter 10mm, długość 100mm.

Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 54 pozycja 2, która otrzymuje nowe brzmienie:

„Szczoteczka do czyszczenia kanału bronchoskopu, jednorazowa

– kanał roboczy – 10 mm

– długość - 100 mm.”

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 54.

88. Dotyczy zadania 16 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego podkładu chłonnego składającego się znieprzemakalnej warstwy spodniej wykonanej z polipropylenu, chłonnej celulozy i miękkiej włókniny (warstwa górna). Warstwa spodnia w kolorze niebieskim o wymiarach 60x90cm (+/-3%),chłonność podkładu min. 900 ml, pakowane w torby po 25 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

89. Dotyczy zadania 16 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 45x61cm, pakowane po 10 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

90. Dotyczy zadania 35 poz.1- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby każdy zestaw wyposażony był w graficzną instrukcję obsługi umieszczoną wewnątrz każdego opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

91. Dotyczy zadania 35 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka posiadała linię RTG?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

92. Dotyczy zadania 41 poz.1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o zawartości protein $\leq 58\mu\text{g/g}$ oraz o powierzchni delikatnie teksturowanej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych niesilikowanych i niechlorowanych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych niesilikonowanych i niechlorowanych o grubości palca 0,21-0,22mm oraz dłoni 0,19-0,20mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie badań na zawartość protein przeprowadzonych wg normy ASTM D6499-12.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Dotyczy zadania 41 poz.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących grubościach: palec 0,31-0,33mm; dłoń min. 0,28mm, o zawartości protein $< 50\mu\text{g/g}$, długości min 290mm oraz z taśmą adhezyjną jako alternatywę dla opaski samoprzylepnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Dotyczy zadania 41 poz.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych o następujących grubościach: palec min. 0,07mm, dłoń min. 0,06mm, mankiet min. 0,04mm oraz o sile zrywania min. 6,4N.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Dotyczy zadania 43 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry:

- chłonność min. 40ml/100cm²,
- gramatura podstawowa: min.210 g/m²
- wymiary: min. 100 x 225cm $\pm 5\text{cm}$, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 $\pm 3\text{ cm}$
- zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 $\pm 3\text{ cm}$ po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

99. Dotyczy zadania 43 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny, przeciwoleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.
Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm²,
- gramatura podstawowa: 295 g/m²
- wymiary: min. 100 x 150cm $\pm 5\text{cm}$, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130 $\pm 3\text{ cm}$
- zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkładu

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności
- min. 2650 %
- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

100. Dotyczy zadania 61 poz.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego o wysokości bocznej min. 12cm, długości części górnej przewiewnej 21-23cm oraz szerokości w najszerszym punkcie ok. 18-20cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Dotyczy zadania 91 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy kocyka jednorazowego użytku wykonany z włókniyny poliestrowej i poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, służący do okrycia pacjenta. Możliwość podgrzania do 60 stopni do 2 godzin; gramatura: 144 g/m²; rozmiar: 110x210 cm, pakowany pojedynczo.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

102. Dotyczy zadania 102 poz.1 - Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający nie oczekuje czepek wykonanego z materiału SMS. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

103. Dotyczy zadania 102 poz.3 - Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający nie oczekuje maski chirurgicznej wykonanej z termicznie łączonych dwóch materiałów (polipropylen i polietylen).

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

104. Dotyczy zadania 117 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na dłoni 0,20mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

105. Dotyczy zadania 156 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych bez konieczności chlorowania od wewnątrz.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

106. Dotyczy zadania 156 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie badań chemicznych równoważnych do badań EN 16523-1.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

Zamawiający jednocześnie informuje, że jest w trakcie przygotowywania kolejnych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które wkrótce pojawią się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przesuwają termin składania ofert przetargowych do dnia 30.10.2019 r. do godziny 12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 30.10.2019 r. na godzinę 12:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI, który otrzymuje brzmienie:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego - <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> **nie później niż do 30.10.2019 r. o godz. 12.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu **30.10.2019 r. o godz. 12.30.** Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen zawartych w ofertach.Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją SIWZ dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie, które zamieszczone zostanie także na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> w dniu opublikowania.

W załączeniu:

- zmodyfikowany formularz cenowy zadania 37, 54, 69.

p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych
Piotr Jaskulski

SPECJALISTA
M. Radtke
mgr Magdalena Radtke