



4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
z POLIKLINIKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 03 lipca 2019r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2019

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 100 dotyczy Pakiet nr I Załącznik nr 2a, Aparat rtg przewoźny z ramieniem C i wyposażeniem, Tabela 2 pkt. 100:

Zamawiający w piśmie z dnia 18 czerwca 2019 r. opublikował wyjaśnienia i modyfikację SIWZ, w których w odpowiedzi na pytanie nr 67 dopuścił do zaoferowania wysokiej klasy aparat, którego zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 0,2 do 40 mA. Jednocześnie Zamawiający naniósł zmiany w tym zakresie w Załączniku nr 2a, Tabela 2, punkt 100 tak jak poniżej:

100	Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej min. 0,2 do 40 mA 3 do 200 mA Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 0,2 do 40 mA	TAK, Podać [wartość graniczna od 0,2 do 40 mA 3 mA do 200 mA (do wyliczenia punktów będzie brana różnica mA w zakresie np. 40-0,2 = 39,8. 200-3 = 197)]	Maksymalna liczba punktów 2 pkt. , $K_{min} = 197$ Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą podstawiając różnicę w mA	TAK, 3 - 250 mA <i>Dane techniczne s. 6</i>
-----	--	--	---	---

Zamawiający dopuścił do postępowania aparat o znacząco mniejszym zakresie prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej, ale również zmodyfikował wymóg dla minimalnej wartości prądu z 3 mA na 0,2 mA, tym samym określił nowy wymóg. W tej sytuacji obecna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia uniemożliwia Naszej Firmie udział w postępowaniu i złożenie ważnej oferty.

Prosimy o wyjaśnienie modyfikacji i informację czy Zamawiający potwierdza, że modyfikacja tabeli była omyłką i dopuszcza złożenie zarówno zakresu prądów dla

fluoroskopii pulsacyjnej min. 0,2 do 40 mA jak i pierwotnie wymaganego min. 3 do 200 mA ?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający wyjaśnia, że zmiana w tabeli minimalnej wartości dla fluoroskopii pulsacyjnej była wynikiem omyłki pisarskiej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje prawidłową treść tabeli w przedmiotowym zakresie:

<p>Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej min. 3 do 40 mA 0,2 do 40 mA 3 do 200 mA Poprawa omyłki z dnia 18.06.2019r. Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 0,2 do 40 mA</p>	<p>TAK, Podać [wartość graniczna od 3 do 40 mA 0,2 do 40 mA 3mA do 200 mA (do wyliczenia punktów będzie brana różnica mA w zakresie np. 40-3 = 37 40-0,2 = 39,8; 200-3 = 197)]</p>	<p>Maksymalna liczba punktów 2 pkt., $K_{min.} = 37 \text{ i } 197$ Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą podstawiając różnicę w mA</p>	
---	--	--	--

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję dotyczącą dopuszczenia wysokiej klasy aparatu, którego zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 0,2 do 40 mA

Zamawiający informuje, że w tabeli dotyczącej Pakietu nr I w Załączniku nr 2a, Aparat rtg przewoźny z ramieniem C i wyposażeniem, Tabela 2 omyłki wystąpiły również w pkt. 98, 101, 104, 105, 107, 109. Poniżej prawidłowa treść:

<p>98</p>	<p>Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25 pulsów/s Dopuszczono wysokiej klasy aparat, który posiada zakres częstotliwości generatora w zakresie 4,8,15 i 30 pulsów/s, oraz przyzna maksymalną ilość punktów za tryb rzeczywistej fluoroskopii ciągłej, a nie tylko wysokopulsacyjnej</p>	<p>TAK, Podać [wartość graniczna od 1 do 25 pulsów/s (do wyliczenia punktów będzie brana różnica pulsów/s w zakresie np. 25-1 = 24)]</p>	<p>Maksymalna liczba punktów 5 pkt., $K_{min.} = 24$ Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą podstawiając różnicę w pulsów/s lub zgodnie z dopuszczeniem Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za tryb rzeczywistej fluoroskopii ciągłej, a nie tylko wysokopulsacyjnej</p>	
-----------	---	--	---	--

101	<p>Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 75 mA 200 mA</p> <p>wysokiej klasy aparat, którego prąd dla radiografii cyfrowej wynosi 75 mA</p>	TAK, Podać	<p>Maksymalna liczba punktów 5 pkt., $K_{min.} = 75 \text{ mA}$ 200 mA</p> <p>Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą</p>	
104	<p>Pojemność cieplna anody $\geq 300 \text{ kHU}$ 320 kHU</p> <p>Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego pojemność cieplna anody wynosi 300 kHU</p>	TAK, Podać	<p>Maksymalna liczba punktów 10 pkt., $K_{min.} = 300 \text{ kHU}$ 320 kHU</p> <p>Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą</p>	
105	<p>Pojemność cieplna kołpaka $\geq 1600 \text{ kHU}$ 5000 kHU</p> <p>Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 1600 kHU</p>	TAK, Podać	<p>Maksymalna liczba punktów 5 pkt., $K_{min.} = 1600 \text{ kHU}$ 5000 kHU</p> <p>Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą</p>	
107	<p>Prędkość chłodzenia kołpaka $\geq 34 \text{ kHU/min}$ 80 kHU/min</p> <p>Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego prędkość chłodzenia kołpaka wynosi 34 kHU/min</p>	TAK, Podać	<p>Maksymalna liczba punktów 10 pkt., $K_{min.} = 34 \text{ kHU/min}$ 80 kHU/min</p> <p>Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą</p>	
109	<p>Ilość obrazów w pamięci dla matrycy 1024 x 1024 pikseli min. 40 000 100 000 obrazów</p> <p>Dopuszczono wysokiej klasy aparat, którego ilość obrazów zapamiętanych dla pełnej matrycy wynosi 40 000</p>	TAK, Podać	<p>Maksymalna liczba punktów 5 pkt., $K_{min.} = 40 000$ 100 000 obrazów</p> <p>Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zgodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą</p>	

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a

dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
K. MENIANTA
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SIWZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRAK
podpis Kierownika Zamawiającego
Kierownik Sekcji Zamówień Państwowych
lub osoby upoważnionej