Resolution 360™ Clip
Resolution 360™ ULTRA Clip

Boston Scientific
Advancing science for life™

Resolution 360™ – Obrotowy klips hemostatyczny

Numer Katalogowy	Długość robocza (cm)	Rozwarcie ramion klipsa (mm)	Minimalna średnica kanału roboczego (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu
Resolution 360 ULTRA Clip				
M00521400	235	17	2.8	1
M00521401	235	17	2.8	10
M00521402	235	17	2.8	20
M00521403	235	17	2.8	40
Resolution 360 Clip				
M00521240	155	11	2.8	1
M00521241	155	11	2.8	10
M00521242	155	11	2.8	20
M00521230	235	11	2.8	1
M00521231	235	11	2.8	10
M00521232	235	11	2.8	20
M00521233	235	11	2.8	40

Klipsy endoskopowe **Resolution 360™ i Resolution 360™ ULTRA** są przeznaczone do:

- Tamowania krwawień,
- Zamykania perforacji,
- Znakowania,
- Mocowania sond żywieniowych,





BUDOWA

Klipsy Resolution 360™ i Resolution 360™ ULTRA zostały zaprojektowane i wykonane w sposób pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem.
Klips jest fabrycznie zamontowany na zestawie i gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu.

Pokrętło do rotacji klipsa

Zapewnia pielęgniarce możliwość płynnej i kontrolowanej rotacji klipsem w stosunku 1:1

Cewnik w stalowym oplocie

16 drutów oplecionych we obu kierunkach i na całej długości narzędzia umożliwia lekarzowi możliwość płynnej i kontrolowanej rotacji klipsem w stosunku 1:1 w dowolnym kierunku, zapewniając szybsze i dokładniejsze umiejscowienie klipsa w celu skrócenia czasu zabiegu

Skuteczność klipsa potwierdzona klinicznie

Osiągnięcia kliniczne i ekonomiczne poparte ponad 400 artykułami klinicznymi

Resolution 360™ Clip
Resolution 360™ ULTRA Clip

Boston Scientific
Advancing science for life™

Resolution 360™ ULTRA Clip



Resolution 360™ Clip Jaws Resolution 360™ ULTRA Clip Jaws

Resolution 360™ ULTRA posiada ramiona klipsa o długości 17 mm co czyni go jednym z największych klipsów endoskopowych dostępnych na tynku

UWAGA:
Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystykę sprzętu i prezentuje jego parametry techniczno - użytkowe.
W żadnym wypadku nie może być traktowany jako źródło wskazań i przeciwwskazań do stosowania.
Przed zastosowaniem sprzętu Boston Scientific należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu





Boston Scientific

Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

tel. +48 22 435 14 14
fax. +48 22 435 14 10

www.bostonscientific.com