



Grudziądz, dnia 07.11.2024 r.

ZP-2728/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy implantów do rekonstrukcji artroskopowej na Oddział Urazowo-Ortopedyczny na okres 24 miesięcy (znak sprawy Z/94/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy implantów do rekonstrukcji artroskopowej na Oddział Urazowo-Ortopedyczny na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy **Z/94/PN/24**) wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Pytanie dotyczy załącznika nr. 2 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie systemu do wewnętrznej naprawy łokotki stworzonego z myślą o łatwości obsługi i niezawodności? Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób pozwalający na prawidłowe działanie także po wygięciu igły w trakcie prowadzenia zabiegu.

Urządzenie do naprawy łokotki typu ALL-INSIDE, zbudowane jest z przezroczystej rękojeści, elastycznej, półotwartej igły z podziałką co 2mm i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód, szew z węzłem samozaciskowym), wyposażone w dwa profilowane implanty 1x5mm, wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z niewchłanianego polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 12-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod kątem 15 stopni i w dół pod kątem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Dźwiękowe oraz wzrokowe potwierdzenie implantacji. Obsługa możliwa jedną ręką. Pakowany sterylnie.





Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

