

Konin, 09.03.2022 r.

WSZ-EP-49/2021/341/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-49/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 12**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy: Pakiet 7 – Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (poradnia chirurgiczna) - 2 szt.

Treść pytania nr 1:

PKT nr: 7

Prosimy o sprecyzowanie: czy Zamawiający pod pojęciem: „Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)” rozumie lampę z uchwytem wyposażonym w osłonę sterylną (2 szt.), z możliwością jej wielokrotnej sterylizacji np. parowej, służącą do regulacji średnicy pola zabiegowego oraz włączania/wyłączania lampy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że pod pojęciem: „Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)” rozumie to co opisał tzn.: kopułą można sterować za pomocą uchwytu, który można zdejmować i sterylizować, tzn. uchwyt ma być wymienny i sterylizowany, a nie jego osłona.

Treść pytania nr 2:

PKT nr: 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci 16 białych diod LED?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:

PKT nr: 13

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra = 95?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

PKT nr: 15

Prosimy o sprecyzowanie: czy Zamawiający pod pojęciem: „Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo” rozumie „regulację natężenia oświetlenia realizowaną po przez obrót uchwyty sterylizowanego czyli bez tzw. „brudnego dotyku” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że pod pojęciem: „Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo” rozumie regulację za pomocą czujnika zbliżeniowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu dotyczącego regulacji natężenia w minimum trzech krokach. W związku z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.7 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w punkcie 15 zapis: „w min. w trzech krokach”. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 5:

PKT nr: 16

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową o max poborze mocy = 20W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 6:

Jakiego rodzaju (np. żelbet, typ ackerman itp.) i jakiej grubości jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że strop w miejscu montażu lampy wykonany jest z płyt stropowych sprężonych SP o grubości szacunkowej “na surowo” 260 mm.

Treść pytania nr 7:

Na jakiej wysokości w miejscu montażu lampy jest:

- strop “właściwy”
- sufit “podwieszany”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wysokość pomieszczenia, gdzie ma być zamontowana lampa wynosi: pomiędzy płytami stropowymi 2970 mm; rzeczywista z uwzględnieniem posadzki, wykładzin itd. ok. 2940 mm. W pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.