



Toruń, dnia 6 czerwca 2018 r.

FZ.38.100.2018 r.

Strona internetowa

Dotyczy postępowania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, WZORCÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2018/2019 R.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ, działając na podstawie § 4 pkt. VIII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Bardzo proszę o uściślenie wymagań do poszczególnych pozycji niżej wymienionych z załącznika 1B w postępowaniu: Dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, wzorców w okresie 12 miesięcy 2018/2019 roku.:

poz. 21 - z jakiego materiału powinna być membrana?

poz. 22 - czy może być membrana MCE?

poz. 23 - z jakiego materiału powinna być membrana?

poz. 24 - czy średnica porów może być 0,7µm?

poz. 45 - jaka jest wymagana wielkość porów?

poz. 47 - czy może być zaproponowany inny producent niż Macherey-Nagel oraz czy może być zakres pH 1-14?

Odpowiedź:

poz. 21 - Membrana powinna być wykonana z materiału, który uniemożliwi wypłukiwanie się fosforanów.

poz. 22 - Zamawiający dopuszcza membranę MCE.

poz. 23 - Membrana filtra strzykawkowego powinna być wykonana z NYL (poliamid) 0,2µm ,o śr.13 mm.

poz. 24 - Zamawiający dopuszcza średnicę porów w filtrach o grubości 1,0 µm.

poz. 45 - Wielkości porów w filtrach 2000 Midsart Sterile mają wynosić 0,45 µm.

poz. 47 - Zamawiający dopuszcza innego producenta papierków uniwersalnych pH, z zachowaniem zakresu 0-14.

Powyższe zapytanie nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych

Piotr Kociucki

Kapitał zakładowy:

390.986.500,00 zł

87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 00

fax 56 654 01 51

NIP 956-20-18-145

REGON 871243538

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Waldemar Doruch



AB 386

