

Dziekan

Gdańsk, dnia 28.09.2021 r.

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/182/009/D/21, ZP/82/WETI/21, ID 512852.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może podać kabel referencyjny?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie może podać kabla referencyjnego.

Pytanie 2:

Czy podana moc 280W @ 10GHz dotyczy samego kabla, czy kabla ze złączami SMA z obu stron? (złącze SMA dla 10GHz może przenieść maksymalnie 150-180W).

Odpowiedź 2:

Podana moc dotyczy samego kabla.

Pytanie 3:

Jak rozumieć zapis: " zmiana fazy poniżej 0.9°/360°/GHz"?

Odpowiedź 3:

Dla zagięcia wynoszącego 360° zmiana fazy powinna być niższa niż 0.9°/GHz (zależne od częstotliwości).

Pytanie 4:

Jakie zgięcie jest zakładane przy definiowaniu stabilności tłumienia dla 18GHz?

Odpowiedź 4:

55mm.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza kabel o maksymalnej mocy 268W @ 10GHz?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o maksymalnej mocy 268W @ 10GHz

Pytanie 6:

Dotyczy części II poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza kabel o tłumieniu 0.55dB/m dla 1GHz?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza kabla o tłumieniu 0.55dB/m dla 1GHz.

Pytanie 7:

Dotyczy części II poz. 3-7. Czy Zamawiający dopuszcza kabel o mocy 80W dla 10GHz?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie dopuszcza kabla o mocy 80W dla 10GHz.

Działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia zmiany wprowadzone do treści SWZ, dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

I. Zmianie ulega treść Załącznika nr 5 do SWZ

Zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ – po zmianie SWZ zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski