

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 12.05.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 12.05.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Oznaczenie sprawy: **4/2023**

Zapytanie nr 1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.
Pakiet nr 73, poz. 3

Prosimy o wskazanie pojemności wymaganego żelu.

Wyjaśnienie: 250 ml.

Zapytanie nr 2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.
Pakiet nr 73, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie ww. papieru o prawidłowym rozmiarze 110x20, ponieważ tylko taki rozmiar jest produkowany od kilku lat przez producenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.
Pakiet nr 73, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie ww. papieru do Life Pack o wymiarach 107x23.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.
Pakiet nr 73, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie papieru gładkiego o wymiarach 57x30 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 31szt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.
Pakiet nr 73, poz. 14, 15

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru gładkiego czy z nadrukiem?

Wyjaśnienie: Poz. 14 – gładki. Poz. 15 - gładki.

Zapytanie nr 6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do Life Pack 20E równoważnego o rozmiarze 50x30.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego typu UPP 110S.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 25

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru gładkiego czy z nadrukiem?

Wyjaśnienie: Z nadrukiem.

Zapytanie nr 9. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 30

Prosimy o dopuszczenie papieru gładkiego o wymiarach 50x20 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 24szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza papier do defibrylatora o rozmiarze 50 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 16 szt.

Zapytanie nr 10. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego typu UPP 110S.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Projekt umowy – par.6 ust. 2c

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. zamiast zwrotu „20% wynagrodzenia umownego” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze

swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 12. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 23, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz 1 do oddzielnego pakietu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 1

Ad 1

Czy Zamawiający dopuści pętle pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 14. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 2

Ad 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do czyszczenia endoskopów w opakowaniach 50 oraz 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 15. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 3

Ad 3

Czy Zamawiający dopuści igły endoskopowe z końcówką ściętą pod kątem 23,5 stopnia, pakowane po 10 sztuk?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 16. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 7

Ad 7

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o długości 4,3mm, rozwarcie 7,5mm przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 17. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 12

Ad 12

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne do bronchoskopii jednorazowego użytku; długość robocza 120cm, średnica osłonki 1,8mm, pojemność łyżeczek 4,32 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 18. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 13

Ad 13

Czy Zamawiający dopuści szczotka cytologiczna do bronchoskopii. Długość robocza 120cm, średnica szczotki 3mm, średnica osłonki 1,8mm do kanału roboczego 2,0mm

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 19. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 14

Ad 14

Czy Zamawiający dopuści szczotki czyszczące jednorazowego użytku do bronchoskopów dwustronne. Długość robocza 180cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 17

Ad 17

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy kosz do ekstrakcji złożeń z portem bocznym do przepłukiwań średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm długość robocza 230 cm, opakowanie 10 sztuk

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz