

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 17.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku –uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 3**

Prosimy o wyodrębnienie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 3**

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta o następujących parametrach: linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, wykalibrowana i przetestowana na etapie produkcyjnym, w związku z tym nie wymagająca stosowania osobnych portów do testowania poprawności działania systemu? Przetwornik posiada wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera). W przypadku podłączenia przetwornika do systemu, kalibracja następuje automatycznie, co absolutnie nie wymaga dodatkowych testów poprawności działania całej linii przez użytkownika. Ponadto cechuje je wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących. Długość linii 152 cm. Połączenie z kablem interfejsowym wodoszczelne, bezpinowe. Nieodpłatnie w ramach przetargu przekażemy Państwu niezbędne okablowanie kompatybilne z oferowanymi przetwornikami oraz monitorami będącymi na Państwa wyposażeniu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem:

  
Andrzej Maciejewski  
Kierownik Zespołu Opieki Zdrowotnej