



Grudziądz, dnia 14.11.2023 r.

**ZP-2285/23**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu dla Pracowni Elektroterapii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/91/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy sprzętu dla Pracowni Elektroterapii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/91/PN/23)**, wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### **Zapytanie nr 1**


*Pytanie do pakietu 9*

*Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 polowych sterowalnych o następujących parametrach:*

- 1 mechanizm sterowania – zdjęcie pokrętła poniżej*
- dostępne 4F, 5F, 6F*



- elektrody zginają się w 1 stronę, symetryczne*
  - dostępne odległości między pierścieniami : 2-5-2 mm, 2 mm, 5 mm, 2-8-2 mm dla standardowych elektrod , dla krzywizny 3 D Sinus Flex odległość między pierścieniami 2-5-2 mm*
  - dostępne 4 krzywizny, w tym unikatowa krzywizna 3 D Sinus Flex*
  - Bieguny płaskie dobrze widoczne w skopii RTG*
  - =bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun*
- Poniżej zdjęcie unikatowej krzywizny 3 D :*



### ***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.