



Olsztyn, 14.09.2021 r.

L.dz. W.1557.../2021/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania nr 281/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 5):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika o długości fali 240- 850 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza zaoferowanie czytnika o długości fali 240-850 nm.

Pytanie nr 2 (dotyczy części nr 5):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika z filtrem 620nm zamiast 630nm?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 (dotyczy części nr 5):

Czy poprzez zapis: "Drukarka: wbudowana lub z możliwością podłączenia drukarki zewnętrznej" Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej drukarki w sytuacji kiedy nie jest ona wbudowana?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4 (dotyczy części nr 5):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czytnika z panelem LCD i przyciskami membranowymi zamiast wyświetlacza dotykowego?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem,


KANGLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA

Dorota Borkowska

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dział Zamówień Publicznych
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 34 72
fax +48 89 523 32 78 www.uwm.edu.pl/dzp