

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 07.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawę, montaż, uruchomienie aparatu RTG (mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy) -2 szt. w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Zestawienia parametrów technicznych aparatu RTG , Załącznika nr 1 , Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, Lp 14

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie maksymalnej wysokości aparatu złożonego w pozycji transportowej 136 cm. Jest to tylko 3 cm różnicy pomiędzy wymaganiem ze strony Zamawiającego co w praktyce nie wpłynie na użytkowanie aparatu. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji związanej z oceną tego parametru.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokości aparatu złożonego w pozycji transportowej do 136 cm.

Pytanie nr 2:

dotyczy Zestawienia parametrów technicznych aparatu RTG , Załącznika nr 1 , Lampa, Lp 8

Wnioskujemy o dopuszczenie zakresu wysokości ogniska od podłogi o wymiarach 56cm-203,5 cm. Jest to minimalna różnica 3 cm pomiędzy wymaganiami Zamawiającego co w praktyce w żaden sposób nie wpłynie na użytkowanie aparatu. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji związanej z oceną tego parametru.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zakres wysokości ogniska od podłogi o wymiarach od 53 cm do 203,5 cm.

Pytanie nr 3:

dotyczy Zestawienia parametrów technicznych aparatu RTG , Załącznika nr 1 , Detektor cyfrowy bezprzewodowy o rozmiarze typu 35x43, Lp 8

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania detektora płaskiego cyfrowego wraz z bateriami o wadze 3,4 kg a nie jak wymagano 3,1 kg lub wprowadzenie dodatkowej punktacji związanej z oceną tego parametru.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza w aparacie RTG użycie płaskiego detektora cyfrowego o rozmiarze 35x43 wraz z bateriami o wadze maksymalnej, nie większej niż 5% określonej w OPZ.

Pytanie nr 4:

dotyczy Zestawienia parametrów technicznych aparatu RTG , Załącznika nr 1 , Konsola technika, Lp 18

Czy zamawiający zgodzi się wyłącznie na bezprzewodowy interfejs w komunikacji z detektorem? Jest to teraz standardem w nowoczesnych rozwiązaniach aparatury medycznej. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji związanej z oceną tego parametru.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga posiadanie interfejsu bezprzewodowego i przewodowego komunikacji z detektorem.