

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://spzoz.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	---

Nr referencyjny SPZOZ 1/2023

Konstancynów Łódzki, dn. 01.12.2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

pn. Dostawa tomografu okulistycznego oraz aparatu do magnetoterapii wraz z oprzyrządowaniem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1¹

Czy Zamawiający w części 1 - Aparat OCT wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o parametrach:

- szybkość skanowania: 70000 Ascan/sek
- optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 7 [µm].
- optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 20 [µm]
- całkowita głębokość skanowania: minimum 2,1 [mm].
- maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 9 [mm].
- maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 6 x 6 [mm].

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu OCT o szybkości skanowania 70 000 Ascan/sek, o minimalnej optycznej rozdzielczości osiowej w tkance 7 µm, o minimalnej optycznej rozdzielczości poprzecznej w tkance 20 µm, o minimalnej całkowitej głębokości skanowania 2,1 mm, o maksymalnym obszarze skanowania siatkówki nie mniejszym niż 12x9mm oraz o maksymalnym obszarze skanowania przedniego odcinka oka nie mniejszym niż 6x6mm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części 1 - Aparat OCT wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia które ma następującą dostępność analiz w kierunku jaskry:

- analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego na stałej średnicy i grubości pierścienia pomiarowego;
- ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego;
- analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP)

¹Zachowano oryginalną pisownię pytań.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancynowie Łódzkim	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl https://spzoz.konstancynow.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki
---	---

- analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu OCT analizującego grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego ze stałą średnicą i grubością pierścienia pomiarowego. Zamawiający dopuści do przetargu aparat OCT o następujących parametrach analiz w kierunku jaskry:

- ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego;
- analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL+GCL+IP);
- analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.

Zamawiający wymaga analizy komórek zwojowych w postaci analizy GC.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w części 1 - Aparat OCT wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia ma możliwość chronologicznego porównania min 4 badań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu OCT pozwalających na chronologiczne porównanie minimum 4 badań.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w części 1 - Aparat OCT wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia w którym menu jest w języku angielskim. Do urządzenia dostarczona jest instrukcja obsługi w języku polskim z dokładnym opisem wszystkich funkcjonalności i opisów angielskich wyświetlanych na ekranie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu OCT z menu w języku angielskim.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w części 1 - Aparat OCT wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia, którego oprogramowanie nie odtwarza komunikatów głosowych dla pacjentów. Kontakt z pacjentem odbywa się w sposób bezpośredni osoby badanej i wykonującej pomiar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu aparatu OCT, który nie odtwarza komunikatów głosowych dla pacjenta.

Zamawiający
Dyrektor SP ZOZ
w Konstancynowie Łódzkim
dr n med. Sławomir Jabłoński