

FZP.IV-241/05/23

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KALIBRACYJNYCH, KONTROLNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW**".

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1.**

1. Czy poprzez pełną automatyzację analizatorów i wewnętrzny czytnik kodów paskowych Zamawiający ma na myśli czytnik kodów paskowy nie wymagający manualnego skanowania wkładanych na pokład odczynników i próbek?

**Odpowiedź:** Zamawiający rozumie czytnik kodów paskowy nie wymagający manualnego skanowania na pokład odczynników i próbek .

**Pytanie nr 2.**

2. Czy poprzez " możliwość przystosowania do przebijania korków systemu pobrań krwi" Zamawiający rozumie samą tylko możliwość, czy też faktyczne uruchomienie przebijaka korków do próbek zamkniętego pobrania, które należy uwzględnić w kosztach oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający rozumie faktyczne uruchomienie przebijaka korków do próbek zamkniętego pobrania .