



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. DN/603/2019

Wrocław, 25.04.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.19.2019.TP
Przedmiot zamówienia: Zakup optyk do videotorakochirurgii- 2 sztuki.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę przez Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w dostawie urządzenia medycznego określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionego w dostawie urządzenia medycznego za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie urządzenia;

b) za opóźnienie w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia medycznego objętego awarią za każdy dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas przedłużającej się naprawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia objętego awarią;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.

Pakiet nr 1, Pytanie 1:

Zamawiający wymaga „Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptory przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 1 szt (kosz musi być kompatybilny z zaoferowanymi optykami)”

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany o Wymiarach zewnętrznych: 454 x 84 x 41 mm kompatybilny z zaoferowanymi optykami i spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp: Zamawiający dopuszcza inne wymiary kosza kompatybilne z oferowaną optyką

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający przesuwając termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, poniżej nowy terminarz.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **14.05.2019 roku do godziny 09:30**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.05.2019r. r., o godzinie 10.00**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (Ofert). <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

DYREKTOR CENTRUM

Andrzej Woźny