



**AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ**  
im. Bohaterów Westerplatte  
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl



Gdynia, 10.06.2022 r.

22/ZP/22

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 Pzp pt.:  
**Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii elektrycznej.**

### **ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Dotyczy: Tablica demonstracyjna mała:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tablicy z dokładnością wskazania temperatury +/- 2% i rozdzielczością nastaw 1°C?

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy: Tablica demonstracyjna duża:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie tablicy z zakresem regulacji temperatury do +50°C?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy: Kamera termowizyjna:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kamery termowizyjnej z zakresem pomiarowym -20°C do +400°C z dokładnością od 0...100°C +/-3% oraz częstotliwością przetwarzania obrazów 8,7Hz?

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie Parametru „Rozdzielczość pomiaru nie gorzej niż 0,2°C”.

Czy Zamawiający miał na myśli parametr czułości termicznej NETD?

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Parametr rozdzielczość pomiaru oznacza najmniejszą wartość o jaką mogą różnić się dwa kolejne pomiary. Czułość termiczna została określona na 150 mK