

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-6/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Szpitala oraz systemu monitorowania pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

I. W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 349

Dotyczy Pakiet nr 2:

Dotyczy punktów:

I.1.; I.135.; I.137.

II.A.A1.1.; II.A.A1.112.; II.A.A1.114.

II.A.A2.1.

II.C.9.

W związku z odpowiedziami na pytania o nr m.in.: 70., 71., 72., 73., 80., 81., 90., a także modyfikacjami wymogów w punktach I.1., II.A.A1.1. i II.A.A2.1., II.C.9. które wprowadziły do opisu przedmiotu zamówienia nowy – ograniczający konkurencję – wymóg eksportu alarmów (oprócz wymaganego wcześniej eksportu wartości parametrów życiowych) uprzejmie prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy systemu monitorowania (...) * firmy (...) *, umożliwiającego eksport do systemów HIS/CIS wartości mierzonych parametrów życiowych, bez funkcji eksportu alarmów.

Zwracamy uwagę na fakt, że systemy typu HIS/CIS nie służą do sygnalizowania i przechowywania informacji o alarmach, ani też do powiadamiania / przywoływania personelu medycznego na wypadek wystąpienia zdarzeń alarmowych. Do tego celu służą dedykowane systemy z zakresu tzw. zarządzania alarmami, a proponowany system monitorowania (...) * umożliwia współpracę z takimi systemami, na zupełnie innych zasadach niż z systemami HIS/CIS.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o modyfikację: odpowiedzi na w/w pytania oraz zmian wprowadzonych w w/w punktach polegającą na usunięciu zapisu „oraz alarmów”.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje odpowiedzi na Pytania nr 70, 71, 72, 80, 81, 90 w taki sposób, że usuwa zapis „oraz alarmów” z odpowiedzi na wskazane Pytania oraz poprawia zapisy punktów I.1.; II.A.A1.1; II.A.A2.1 OPZ:

Było:

Możliwość integracji z klinicznym systemem informatycznym (CIS), w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki okołointensywnej i okołoperacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg.

Opracował:
Wojciech Cyż
Tel. 61 854 62 35
email:dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). Dostarczone urządzenia muszą zapewniać funkcję eksportu danych tj. parametrów życiowych oraz alarmów do systemów zewnętrznych (np. HIS/CIS) w czasie rzeczywistym oraz posiadać wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające ww. eksport m.in.: bezterminowe licencje, interfejs komunikacyjny (szeregowy, TCP/IP, itp.), oprogramowanie integrujące, dokumentację, itp.

Zmieniono na:

Możliwość integracji z klinicznym systemem informatycznym (CIS), w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki okołointensywnej i okołoperacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). Dostarczone urządzenia muszą zapewniać funkcję eksportu danych tj. parametrów życiowych ~~oraz alarmów~~ do systemów zewnętrznych (np. HIS/CIS) w czasie rzeczywistym oraz posiadać wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające ww. eksport m.in.: bezterminowe licencje, interfejs komunikacyjny (szeregowy, TCP/IP, itp.), oprogramowanie integrujące, dokumentację, itp.

Punkty I.135.; I.137; II.A.A1.112; II.A.A1.114; II.C.9 nie zawierają zapisu „oraz alarmów”.

Zamawiający w ramach integracji z HIS/CIS nie będzie wymagał wysyłania alarmów.

** Zamawiający informuje iż nazwa własna produktu została pominięta w związku z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania”. Ujawnienie nazwy produktu mogłoby pozwolić na identyfikację Wykonawcy składającego wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.*

II. Zmiana terminu

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 28.03.2023 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 28.03.2023 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 23.06.2023 r.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Opracował: Wojciech Cyż
nr tel. (61) 854-62-35
e-mail: dzp@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny