

BZP.261.36.2024

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
NIP 525-000-58-34

Płock, dn. 11.10.2024 r.

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników i laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 10.10.2024 r.:

Dotyczy: część 2 poz. 17 - czy Zamawiający wymaga kolb miarowych w klasie A? Kolby miarowe 100ml katalogowo posiadają szlif 14/23 (nie 29/32). Czy nastąpiła omyłka pisarska?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga kolb miarowych szklanych klasa A o pojemności 100 ml WS 29/32. Zamawiający nie dopuszcza kolb miarowych, które posiadają szlif 14/23.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z-ca Prorektor Politechniki Warszawskiej
ZASTĘPCA PROREKTOR PW
ds. Filii w Płocku

dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni