

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.19.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Zadanie 6. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie endoprotez o średnicach: 7F, 8,5F, 10F i 11,5F.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Zadanie 6 poz. 1 . Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia próbek w przypadku gdy oferowane protezy są dostarczane do ZOZ w Sochaczewie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Zadanie 15. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów PEG-24-silikon.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: „W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości **0,5 %** od wartości **brutto** towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części towarów.**”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6: Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zapisy

Pytanie 7: Zadanie 11- Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż do strzygarki Mediclip pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy (strzygarka z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo ułatwia usuwanie ogłoszenia w trudnodostępnych miejscach) . W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie ilości potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8: Pakiet 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści kaniule wyposażone w koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9: Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści kaniule dostępne w następujących rozmiarach:

• 26G (0,64) - dł. 19mm; • 24G (0,74) - dł. 19mm; • 22G (0,90) - dł. 25mm; • 20G (1,00)- dł. 32mm; • 18G (1,30) - dł. 45mm; • 18G (1,30) - dł. 32mm; • 16G (1,75) - dł. 45mm; • 14G (2,00) - dł. 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10. Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści kaniulę jednorazowego użytku, nietoksyczną, niepirogenną, wykonaną z FEP, jałową, ze skrzydełkami, z portem bocznym i zastawką, posiadającą 2 linie RTG w następujących rozmiarach: 0,7, 0,9x25mm, 1,1x32mm, 1,1x25mm, 1,3x32mm, 1,3x45mm, 16Gx45,17Gx45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11: Dotyczy zadanie 6 – poz. 1 . Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować endoprotezy typ prosty do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych w rozmiarach 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 11,5Fr, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12: Dotyczy zadanie 19 – poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji balonów z potwierdzonymi wynikami badań naukowych opublikowanymi w recenzowanym czasopiśmie potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność terapii powyższych balonów w obserwacji wczesnej i odległej, na próbie min. 20 osób?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 13: Dotyczy zadanie 19 – poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby w razie potrzeby Wykonawca zapewnił możliwość przeprowadzenia na terenie Szpitala we wskazanym przez siebie terminie szkolenia przez osobę posiadającą imienny certyfikat wydany przez Producenta balonu zapewniając tym samym przekazanie najnowszych wytycznych Personelowi Szpitala niezbędnych dla bezpieczeństwa Pacjenta i utrzymywanie wysokich standardów merytorycznej współpracy między Zamawiającym i Wykonawcą?

Odpowiedź: Zamawiając dopuszcza

Pytanie 14: Dotyczy wzoru umowy § 4 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od daty wymagalności, Wykonawca do momentu uregulowania należności ma prawo wstrzymać realizację zamówień”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15: Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umowny z 1% na 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części z wyłączeniem możliwości zastosowania kar umownych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17: Dotyczy zapisów umowy . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża:

- termin składania ofert na dzień 24.06.2022 godz. 11:00

- termin otwarcia ofert na dzień 24.06.2022 godz. 11:30

- termin związania z ofertą na dzień 23.07.2022r

Z poważaniem