

DZP.271.22.2023-12

Bielsko-Biała, dnia 27.06.2023r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.22.2023).

Upzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 7, wymaga dostarczania preparatu desfluranum w aluminiowej, nietłukącej butelce ze zintegrowanym systemem napełniania parownika? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, w szczególności na stłuczenie, niż inne stosowane opakowania, np. aluminium. W przypadku takiego uszkodzenia może dojść do zanieczyszczenia i skażenia atmosfery bloku operacyjnego czy sali operacyjnej, a tym samym narażenia osób obecnych w pomieszczeniu, w tym personelu medycznego, na wdychanie oparów anestetyku wziewnego jakim jest desfluranum. Prosimy o przychylenie się do powyższego i ustanowienie wymogu zaoferowania produktu w butelce aluminiowej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w preparatu w aluminiowej, nietłukącej butelce.

p.o. DYREKTOR
Beskidzkiego Centrum Onkologii
- Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku Białej
dr n. med. Piotr Zdunek