

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL.ZPZ/AW/3411/PN- 53/19

Lublin dnia 05.07.2019 roku

Dot. Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby COZL

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Część 2

Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Część 2

Pozycja 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „zewnątrzna strona wodoodporna”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Część 2

Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. zbiorcze a 25szt. Z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część 4

Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a 10mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część 3 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby opatrunki zawierały 3 hydrokoloidy (karboksymetylocelulozę sodową, pektynę oraz żelatynę).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Część 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 6cm x6cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Część 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga opatrunku hydrokoloidowego w rozmiarze 18,5cm x 19,5cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Część 2 poz. 2 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 34cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Część 2 pow. 1, 2, 3 – Czy można zaoferować opatrunki pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Część 3 poz. 1 – Czy można zaoferować opatrunek typu thin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Część 3 poz. 4 – Prosimy o wydzielenie pozycji z części 3 i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 6

Pytanie nr 12

Poz. nr 4

Pyt:

Prosimy o dopuszczenie opatrunku aktywowanego płynem Ringera w procesie produkcji mogącym pozostawać w ranie do 72 godzin;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Poz. nr 11

Pyt:

Prosimy o dopuszczenie zestawu pakowanego w opakowanie handlowe a'63 zestawy z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania handlowego;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Poz. nr 13

Pyt:

Prosimy o dopuszczenie zestawu opatrunkowego dużego w rozmiarze 25 x 15 x 3,3;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

CZEŚĆ 4 POZ. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16
CZEŚĆ 4 POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17
CZEŚĆ 4 POZ. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę - udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18
CZEŚĆ 4 POZ. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę - głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński