



Wrocław, 28.12.2022r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych wraz z najmem 2 systemów do mappingu trójwymiarowego, najmem 7 szt programatorów i 2 szt generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.92.2022,

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 2: Pytanie 1 do Pakietu nr 7 poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie rejestratora arytmii z maksymalną długością zapisywanych epizodów wynoszącą 96 min, ale z inteligentnym zarządzaniem, które zapewnia brak możliwości nadpisania ważnych klinicznie epizodów?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji).

.....
(podpis i pieczęć Kierownika - Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

;