

L.dz. 861./2021

Olsztyn, dnia 01.06.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 125/2021/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego wyposażenia pomieszczeń do sekcji zwierząt, aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz urządzeń do przygotowywania i przechowywania odczynników do badań dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Część nr 3: Lampa bezcieniowa zabiegowa (8 sztuk)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową wyposażoną w panel sterowniczy umieszczony na ramieniu bezpośrednio przy czaszy lampy? Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze średnicą plamy świetlnej 250 mm z odległości 1 m? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, nie wyrażając zgody na zaferowanie asortymentu o powyższych parametrach.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec