

COZL/DZP/AW/3412/TP-53/24

Lublin, dnia 14.05.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

**„Dostawa elektrod igłowych i haczykowych, worków laparoskopowych do pobierania preparatów oraz oprzyrządowania do noża ultradźwiękowego kompatybilnego z aspiratorem ultradźwiękowym firmy Olympus oraz oprzyrządowanie do diatermii chirurgicznej na potrzeby Bloku Operacyjnego”
Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-53/24**

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Część 5, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, prostą, szerokość końcówki 0,5 mm, non-stick, red, dł. 19,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część 5, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, prostą, szerokość końcówki 1 mm, non-stick, red, dł. 19,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Część 5, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, bagnetową, szerokość końcówki 0,5 mm, non-stick, red, dł. 19,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Część 5, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, bagnetową, szerokość końcówki 1 mm, non-stick, red, dł. 19,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II.

Pytanie nr 5

dotyczące części 2 (załącznik 2.2 do SWZ)

Z uwagi na niezależny od nas sposób konfekcjonowania produktu przez producenta w niepodzielne opakowania handlowe zawierające 5 sztuk „ HF -elektroda resekcyjna igłowa, jednorazowego użytku. Igła w elektrodzie resekcyjnej igłowej wygięta pod kątem 90°C. Elektrody kompatybilne z resektoskopem bipolarnym oraz optykami 30°” zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści możliwość jednorazowego zakupu opakowania elektrod w ilości 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne nie przekroczyły 20% kwoty o której mowa w § 3 ust.1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

III.

Pytanie nr 7

Część 5

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie pensety o długości 19,5 cm lub 22,5 cm i końcówki ostrej typu igła

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie pensety o długości 19,5 cm lub 22,5 cm i końcówki 0,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie pensety o długości 19,5 cm lub 22 cm i końcówki ostrej typu igła

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie pensety o długości 19,5 cm lub 22 cm i końcówki 0,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.