



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 9

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1619 / 2641 / 24

Data: 01.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 24 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) zestaw wyskalowany do objętości 2000 ml; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 30 pozycja 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 w pozycji 2 dopuści rurki w rozmiarze 6,0 lub 7,0; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 30 pozycja 8 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 w pozycji 8 dopuści rurki w rozmiarze 9,0; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 30 pozycja 1-9 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w Pakiecie 30 w pozycjach od 1 – 9 dopuści rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal, który posiada na baloniku kontrolnym poniższe oznaczenia: producent, marka, rozmiar rurki, średnica spoczynkowa mankieta; rurki spełniające pozostałe wymagania SWZ (uwzględniając dla pozycji 2 i 8 zaoferowane alternatywne rozmiary – jak pytaniach nr 2 i 3).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 57 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający w Pakiecie 57 mógłby doprecyzować, czy zestaw będzie oparty na użyciu peana, który jest przeznaczony do wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Tak, zestaw jest stosowany na peanie wielorazowym.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

