



**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA  
56/01/2024**

Zamawiający otrzymał następujące pytania do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny ,folię qpcr wg poniższych parametrów?

Przezroczysta, nieklejąca się, wrażliwa na nacisk folia do płytek qPCR (96- lub 384-  
dołkowych) i sytuacji, w których występuje fluorescencja.

Optycznie przezroczysty, minimalna autofluorescencja

Odporny na DMSO

Nieprzekłuwalny, zdzieralny

Zakres integralności uszczelnienia: -40 do +110°C

wymiary 140×80 mm

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Jednakże decyzja dotycząca produktu podjęta zostanie po zapoznaniu się z kartą produktu przez osobę przeprowadzającą eksperyment i uzależniona będzie od potrzeb przeprowadzanego eksperymentu.