

DZ.271.56. *642* .2020

Kraków, dnia 04.09.2020 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.56.2020 dostawa wyrobów medycznych do krążenia pozaustrojowego**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości 38,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr II

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul do perfuzji tętnicy wieńcowej z balonikiem 6 i 7mm – dostępne kaniule proste i zakrzywione. Długość kaniuli 30cm. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr VI poz. 1 i 2

Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie Pakietu VI zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 oraz 2 zestawów do podawania kardioplegii krwistej oraz krystalicznej zgodnych z wymogami SIWZ, w opakowaniach jednostkowych foliowo-papierowych, dolna część papier-folia, górna część z folii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr VII

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych jednostopniowych w rozmiarach od 28-38F i długości 39cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr II

Czy Zamawiający w pakiecie II dopuści do przetargu kaniule aortalne zagięte z jednym kątem zakrzywienia, tylko 90 stopni, posiadające gładką plastikową końcówkę?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr VIII

Czy Zamawiający, w pakiecie VIII, wyrazi zgodę na zaoferowanie hemofiltera o powierzchni czynnej membrany 0,7 m², posiadającego wysokowydajną membranę high flux o współczynniku ultrafiltracji, wynoszącym przy maksymalnym ciśnieniu TMP 600 mmHg, ponad 300 ml/min. Ponadto membrana oferowanego hemofiltera jest przeznaczona do stosowania we wszystkich rodzajach terapii nerkozastępczych. Na hemofiltrze oznaczony jest kierunek przepływu. Prosimy o wyrażenie zgody.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr XI

Czy Zamawiający, w pakiecie XI, dopuści zaoferowanie konektorów do drenów: zamiast 3/8x1/4x3/8 – konektory w tym samym rozmiarze, ale w konfiguracji 1/4x3/8x3/8 lub 3/8x3/8x1/4, przy następującym rozmieszczeniu portów:



Prosimy o wyrażenie zgody

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk