

Znak sprawy: 16/130000/2024

Lesko, 05.09.2024 r.

Zamawiający:

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
38-600 sko ul. K. Wielkiego 4**

A. udziela wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia pn.:

**„Sukcesywna dostawa rękawic jednorazowego użytku dla Samodzielnego
Zakładu Opieki zdrowotnej w Lesku”**

Pytanie:

Pakiet 4

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Pakiet 5

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Pakiet 5

Pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabezpieczenia otworu dozującego dodatkową folią i dopuści rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą, pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu?

Odpowiedź:

NIE – opis jak w z specyfikacji. Zamawiający dopuścił zamiast otworu dozującego zabezpieczonego dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją również opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Pytanie:

Pakiet 5

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych (akceleratorów): tiuramy, MBT, ZMBT – potwierdzone badaniem HPLC?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do procedur wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość minimalna 300 mm, AQL ≤1,5, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,12 mm, na mankiecie 0,10 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 10 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez producenta). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6 oraz min. 12 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem HPLC. Rozmiary S-XL, pakowane 100 sztuk?

Odpowiedź:

NIE – opis jak w z specyfikacji.

- B.** Zamawiający stwierdza, że pytania oraz odpowiedzi na nie są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się pytaniami i odpowiedziami w celu przygotowania ofert, dlatego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z pytaniami oraz odpowiedziami i przygotowanie oferty.
- C.** W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany zapytania ofertowo-cenowego w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 09.09.2024 r. do godz. 10:00, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale VI zapytania ofertowo-cenowego, a mianowicie:

w rozdziale VI zapytania ofertowo-cenowego przed zmianą jest:

Ofertę cenową należy:

- *złożyć poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie, dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spzozlesko>

w terminie do dnia 05.09.2024 r, godz. 10:00

w rozdziale VI zapytania ofertowo-cenowego po zmianie jest:

Ofertę cenową należy:

- *złożyć poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie, dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spzozlesko>

w terminie do dnia 09.09.2024 r, godz. 10:00