

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kasia23@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.AH.33.....2021

Tarnów, 14.07.2021

zakup odczynników do pracowni mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów, barwniki oraz odczynniki do analizy ogólnej moczu wraz z zautomatyzowanym systemem do kompleksowej analizy moczu dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej szpitala – sprawa nr 33/2021

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.07.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

W związku z powyższym postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami – **ZAKRES 1:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki *Borrelia* w surowicy i PMR metodą ELISA, w których dla klasy IgG zastosowano antygeny natywne *Borrelia burgdorferi*, *B. garinii* i *B. afzelii* oraz reekombinant *VlsE*, natomiast dla klasy IgM antygeny natywne *Borrelia burgdorferi*, *B. garinii* i *B. afzelii*?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do oznaczania kalprotektyny, w których dolna granica wykrywalności wynosi 1,9 µg/g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy ze względu na to, że analizator posiada wbudowaną stację roboczą/komputer obsługujący urządzenie, Zamawiający może doprecyzować, czy wymagane parametry techniczne opisane w załączniku nr 1D dotyczą jedynie dodatkowego zestawu komputerowego do analizatora?
Odpowiedź: Wymagane parametry techniczne dotyczą jedynie dodatkowego zestawu zgodnie z załącznikiem 1B pkt. 4 zakres 1.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ strona internetowa prowadzonego postępowania
3/ A/a

Z-CĄ DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

Podpisał (a) :

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Łajnyśz