

Wrocław, dnia 4 października 2021 roku

Nr sprawy: 50/P/21

Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych*”

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania - numer sprawy: 50/P/21.

Pytanie nr 1

ZAPISY SWZ

Czy zamawiający dopuści aby do oferty dołączyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i przesłaniu powyższych dokumentów na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 5 pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne nie będące wyrobem medycznym na stawce VAT 23%?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne nie będące wyrobem medycznym na stawce VAT 23%, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1L z otworem wrzutowym o średnicy 40mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1L z otworem wrzutowym o średnicy 40mm.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2L wysokość 220mm średnica górna 120mm, dolna 105mm z otworem wrzutowym o średnicy 90mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający **nie dopuszcza** pojemników na odpady medyczne o pojemności 2L wysokość 220mm średnica górna 120mm, dolna 105mm z otworem wrzutowym o średnicy 90mm.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2L wysokość 160mm średnica górna 165mm, dolna 120mm z otworem wrzutowym o średnicy 70mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne o pojemności 2L wysokość 160mm średnica górna 165mm, dolna 120mm z otworem wrzutowym o średnicy 70mm.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 6

Pakiet nr 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 3,5L wysokość 155mm średnica górna 240mm, dolna 200mm z otworem wrzutowym o średnicy 100mm?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne o pojemności 3,5L wysokość 155mm średnica górna 240mm, dolna 200mm z otworem wrzutowym o średnicy 100mm.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający **dopuszcza** fartuchy tylko w rozmiarze L i XL.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający **dopuszcza** podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 9, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy posiadały Certyfikat OEKO – TEX oraz spełniały wymagania normy EN 340 w zakresie ochrony indywidualnej. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający **odstępuje** od wymogu aby fartuchy posiadały Certyfikat OEKO – TEX oraz spełniały wymagania normy EN 340 w zakresie ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy będące wyrobem medycznym, stosowane w wielu placówkach służby zdrowia, spełniające normy EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN 62366-1:2015/A1:2020, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 11737-1:2018?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający **dopuszcza** fartuchy będące wyrobem medycznym spełniające normy EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN 62366-1:2015/A1:2020, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 11737-1:2018.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat +wata celulozowa +pulpa celulozowa +wata celulozowa+ włóknina PP?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający **dopuszcza** podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat +wata celulozowa +pulpa celulozowa +wata celulozowa+ włóknina PP.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 12

Pakiet nr 9 pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem tylko o średnicy 6 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający **dopuszcza** serwetę z otworem tylko o średnicy 6 cm.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 9 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z materiału typu frotte i polichlorku winylu (frotte/PCV) w rozmiarze 100 x 140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający **nie dopuszcza** podkładu wykonanego z materiału typu frotte i polichlorku winylu (frotte/PCV) w rozmiarze 100 x 140cm.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 9 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 130x96x96cm?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający **dopuszcza** chustę trójkątną w rozmiarze 130x96x96cm.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 9 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści maseczki pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający **dopuszcza** maseczki pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 9 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający **dopuszcza** na wycenę maseczek za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 9 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści maseczki typu II?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający **nie dopuszcza** maseczki typu II.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 10, pozycja 1, 3, 5, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 19

Pakiet nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający **dopuszcza** nici o długości 45cm.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający **nie dopuszcza** igły o długości 26mm z nitką o długości 70cm.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie nici o długości 70cm.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie nici o długości 45cm.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 15 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych papierów dla zapewnienia wysokiej jakości wydruków?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający oczekuje papierów kompatybilnych z czarno-białym Videoprinterem: SONY UP-895CE, SONY UP-D898.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 17 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający **dopuszcza** rękawice z poziomem protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$, ale nie większym niż $35 \mu\text{g/g}$.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 18 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy, o lekko tłoczonyj powierzchni przyspieszającej absorbcję wody, o wysokiej gramaturze materiału - 50g/m^2 , zapewniającej dokładne osuszenie skóry, miękkie i wytrzymałe, w rozmiarze 40 cm x 70 cm, w opakowaniu foliowym a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający **nie dopuszcza** jednorazowych ręczników do osuszania ciała, wykonanych z wysokiej jakości celulozy, o lekko tłoczonyj powierzchni przyspieszającej absorbcję wody, o wysokiej gramaturze materiału - 50g/m^2 , zapewniającej dokładne osuszenie skóry, miękkich i wytrzymałych, w rozmiarze 40 cm x 70 cm, w opakowaniu foliowym a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 26

Część 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel nr 3 o długości 90mm?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający **dopuszcza** rurki Guedel nr 3 o długości 90mm.

Pytanie nr 27

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,45 x 13

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,45 x 13.

Pytanie nr 28

Pakiet 4, poz. 4

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,6 x 32

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,6 x 32.

Pytanie nr 29

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,7 x 32

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,7 x 32.

Pytanie nr 30

Pakiet 4, poz. 6

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,7 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,7 x 38.

Pytanie nr 31

Pakiet 4, poz. 7

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,8 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,8 x 38.

Pytanie nr 32

Pakiet 4, poz. 8

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,9 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,9 x 38.

Pytanie nr 33

Pakiet 4, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 1,2 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 1,2 x 38.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 34

Pakiet 4, poz. 10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 35

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,5 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający **dopuszcza** igły o rozmiarze 0,5 x 38.

Pytanie nr 36

Pakiet 4, poz. 14-15

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 37

Pakiet 4, poz. 16

Proszę o dopuszczenie opakowań po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji opakowanie po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 38

Pakiet 4, poz. 17

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 39

Pakiet 4, poz. 18-20

Proszę o dopuszczenie motylków z igłami o długości 20 mm

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający **dopuszcza** motylki z igłami o długości 20 mm.

Pytanie nr 40

Pakiet 4, poz. 21

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 0,8 x 25

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli o rozmiarze 0,8 x 25.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 41

Pakiet 4, poz. 22

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,0 x 32

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający **nie dopuści** kaniuli o rozmiarze 1,0 x 32.

Pytanie nr 42

Pakiet 4, poz. 23

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,2 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający **nie dopuści** kaniuli o rozmiarze 1,2 x 38.

Pytanie nr 43

Pakiet 4, poz. 25

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 44

Pakiet 9, poz. 18

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 45

Pakiet 9, poz. 20

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 46

Pakiet 9, poz. 17

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 47

Pakiet 14, poz. 1

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 48

Pakiet 14, poz. 2-5

Proszę o dopuszczenie strzykawkę ze skalą rozszerzoną 10-12 ml, 2-2,5 ml, 5-6 ml, 20-22 ml

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający **dopuszcza** strzykawkę ze skalą rozszerzoną 10-12 ml, 2-2,5 ml, 5-6 ml, 20-22 ml.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 49

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR
1	70 mm	BIAŁY
2	80 mm	ZIELONY
3	90 mm	ŻÓŁTY
4	100 mm	CZERWONY
5	110 mm	NIEBIESKI
6	120 mm	POMARAŃCZOWY

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający **dopuszcza** rurkę ustno-gardłową w rozmiarze nr 3 o długości 90 mm. Pozostałe rozmiary i długości rurek pozostają bez zmian.

Pytanie nr 50

Pakiet 22, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 51

Pytania do formularza asortymentowego:

Pakiet nr 1, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o wymiarach 36 mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żelazem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o wymiarach 36mm x 48mm z podłożem z pianki PE, z żelazem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 1, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o średnicy 43mm z podłożem z pianki PE, z żelazem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem, takich jak dotychczasowo dostarczanych do Państwa jednostki?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji elektrod jednorazowych EKG do badań holterowskich o średnicy 43mm z podłożem z pianki PE, z żelazem stałym, wyposażone w sensor Ag/AgCl, z mocnym klejem.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 1, poz. 2 – poz.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań, bądź dopuści podanie ceny jednostkowej asortymentu z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający **dopuszcza** wycenę elektrod za opakowanie=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 54

Pakiet nr 1, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie w przedmiotowej pozycji pasty o pojemności 114g, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających wszelkie pozostałe parametry opisu SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający **dopuszcza** w przedmiotowej pozycji pasty o pojemności 114g, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających wszelkie pozostałe parametry opisu SWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu OEKO-TEX..?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający **odstępuje** od wymogu aby fartuchy posiadały Certyfikat OEKO – TEX oraz spełniały wymagania normy EN 340 w zakresie ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nożyki hematologiczne do pobrań krwi, nakłuć, zwykłe (w formie metalowej blaszki z ostrą końcówką) w opakowaniu=200 szt., o długości ostrza 2,5-3mm?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający **dopuszcza** do zaferowania nożyki hematologiczne do pobrań krwi, nakłuć, zwykłe (w formie metalowej blaszki z ostrą końcówką) w opakowaniu=200 szt., o długości ostrza 2,5-3mm.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 15, poz. 1 i poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania papieru oryginalnego w/w pozycjach?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający **wymaga** papierów kompatybilnych z czarno-białym Videoprinterem: SONY UP-895CE, SONY UP-D898.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 22, poz.8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewnika od odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 12 ?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający **wymaga** cewnika od odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 12.

Pytanie nr 59

Pytania do umowy:

Dot. projektu umowy § 9 ust. 1 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w następujących przypadkach:

- 1) Trzykrotnej nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu dostawy”*

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający wprowadza modyfikację w § 9 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w następujących przypadkach:

Trzykrotnej nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu dostawy”

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 60

Dot. projektu umowy § 9 ust. 1 3)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w następujących przypadkach:

3)Trzykrotnego wystąpienia istotnych uchybień w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności”

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wprowadza modyfikację w § 9 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w następujących przypadkach:

3)Trzykrotnego wystąpienia istotnych uchybień w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności”.

Pytanie nr 61

pakiet 9, poz. 1

czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji kolor niebieski.

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji rozmiar uniwersalny.

Pytanie nr 62

pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający **nie dopuszcza** rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm.

Zamawiający **nie dopuszcza** rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie nr 63

pakiet 9, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający **nie dopuszcza** rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm.

Zamawiający **nie dopuszcza** 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

Zamawiający **nie dopuszcza** podkładu o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm.

Pytanie nr 64

pakiet 9, poz. 1-3,7-8,17-20

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7-8,17-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 65

Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający **dopuszcza** rękaw o szerokości 55mm.

Pytanie nr 66

Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy kontroli mycia w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesionego na specjalistyczne termostabilne plastikowe podłoże?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający **nie dopuści** testów kontroli mycia w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesionego na specjalistyczne termostabilne plastikowe podłoże.

Pytanie nr 67

Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja nr 10: Prosimy o określenie na jakie parametry ma być kalibrowany wskaźnik typu 6:

- 121°C/15min. i 134°C/5,3min.
- 121°C/15min. i 134°C/3,5min.
- 121°C/20min. i 134°C/7min.
- 134°C/18min.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Dla wskaźnika emulacyjnego typu 6 do weryfikacji cyklu sterylizacji, Zamawiający **wymaga** następujących zakresów: 134°C przez 4 min. i 121°C przez 20 min.

Pytanie nr 68

Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja nr 11: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający **dopuszcza** w ww. pozycji testy w opakowaniu po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 69

Dotyczy Pakiet nr 21, pozycja nr 11: Czy w przypadku zaoferowania testów szybkiego odczytu kompatybilnych z innym niż posiadany przez Zamawiającego autoczytnikiem, Wykonawca może zaoferować użyczenie kompatybilnego urządzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie testów szybkiego odczytu kompatybilnych z innym niż posiadany przez Zamawiającego autoczytnikiem.

Pytanie nr 70

Dot. pakietu nr 7 W pkt VIII pkt 7 ppkt 3 SWZ

Zamawiający wymaga dla szkiełek mikroskopowych przedstawienia certyfikatów. Czy wystarczającym będzie potwierdzenie spełniania wyżej wymienionych norm w postaci deklaracji zgodności wystawionej przez producenta i/lub kart katalogowych producenta potwierdzających spełnianie wskazanych norm, zdjęcia opakowania na którym wyszczególnione są normy ISO

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający w miejsce certyfikatów wymaganych dla szkiełek mikroskopowych **dopuszcza**, przedstawienia deklaracji zgodności wystawionej przez producenta i kart katalogowych producenta potwierdzających

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



spełnianie wymaganych przez Zamawiającego norm.

Pytanie nr 71

Pakiet 9 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu w opakowaniu handlowym 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do 2 pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu w opakowaniu handlowym 1000 szt.

Pytanie nr 72

Pakiet 9 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu w opakowaniu handlowym 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do 32 pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu w opakowaniu handlowym 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do 32 pełnych opakowań.

Pytanie nr 73

Pakiet 15 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papieru oryginalnego czy dopuści zaoferowanie kompatybilnego zamiennika?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający **wymaga** papierów kompatybilnych z czarno-białym Videoprinterem: SONY UP-895CE, SONY UP-D898.

Pytanie nr 74

Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielanie na dwie osobne pozycję tj. poz. 1 jednorazowego filtra antybakteryjnego i antywirusowego ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem oraz poz. 2 klipsa na nos (j.u.). ?

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający **nie wyraża zgody** na rozdzielanie na dwie osobne pozycję tj. poz. 1 jednorazowego filtra antybakteryjnego i antywirusowego ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem oraz poz. 2 klipsa na nos (j.u.).

Pytanie nr 75

Pytanie pakiet 20 - końcówki do pipet BIOHIT.

Kończówki do pipet są wyrobem ogólnego zastosowania laboratoryjnego, który może być stosowany w laboratoriach medycznych.

Czy zamawiający dopuści końcówki produkowane przez producenta pipet, kompatybilne z wymienionymi w specyfikacji pipetami bez znaku CE IVD.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający **dopuszcza** końcówki produkowane przez producenta pipet, kompatybilne z wymienionymi w specyfikacji pipetami bez znaku CE IVD.

Sporządziła:
O. Szaran

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”