

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/64/20

Sucha Beskidzka, dnia 18.09.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (V)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1f Pakiet nr 6 - Lampa zabiegowa mobilna**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 źródeł światła LED?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej na poziomie  $R9 \geq 95$ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**


3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw na poziomie  $CRI \geq 95$ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bezcieniową o zużyciu energii na poziomie max. 32W?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

  
Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchoj Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski



Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek