



Znak: AE/ZP-27-27/22

Tarnów, 2022-04-08

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego, cytrynianu sodu i chlorku wapnia.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** - Czy Zamawiający będzie wymagać, aby 4% roztwór Cytrynianu Sodku miał możliwość podłączenia do kasety (jednorazowy system drenów) z systemem SecuNect?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 4% roztworu Cytrynianu w workach o objętości 1500 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 2 dopuszcza również, aby 4% roztwór Cytrynianu Sodku miał możliwość podłączenia do kasety (jednorazowy system drenów) z systemem SecuNect pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ, w szczególności „worki winny pasować do aparatu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care lub posiadać przyłącznik wliczony w cenę oferty, zapewniający trwałe, szczelne, skręcane połączenie z tym aparatem”.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie 4% roztworu Cytrynianu w workach o objętości 1500 ml.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

