

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice dnia 14.07.2023

WYJAŚNIENIATREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH BLOKU OPERACYJNEGO, Nr sprawy: ZP-23-102BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 dotyczy punktu 9

Zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie z wymogu uzyskania przez procesor wyniku min. 17000pkt w teście <http://www.cpubenchmark.net>.
Oferowane przez nas urządzenie jest produktem medycznym. Nie jest to tradycyjny komputer (do rozwiązań IT), w którym istnieje możliwość zmiany każdego z podzespołów.
Oferowane przez nas urządzenie medyczne jest to zamknięty system, zapewniający płynną pracę każdej z posiadanych funkcjonalności, przez co nie ma konieczności ingerowania w poszczególne podzespoły.
Wymóg typu procesora w tej sytuacji jest bezpodstawny, i nie ma żadnego przełożenia na komfort pracy użytkownika. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty bez konieczności przeprowadzania testu procesora.**