



Gdynia, dnia 18.03.2022 r.

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Zakup system planowania radioterapii oraz rozszerzenie posiadanego systemu o dodatkowe funkcjonalności wraz z dostawą niezbędnego sprzętu.***

***D25M/251/N/55-93rj/21***

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ po terminie o którym mowa w treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający poniżej przedstawia treść pytania wraz z odpowiedzią:

#### **PYTANIE**

Załącznik n 8 do SWZ, ETAP 1, tabela, poz. II.7 Opis wymaganych parametrów dla komputera przenośnego typu laptop obecnie uniemożliwia nam złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na podstawie naszego rozpoznania rynku opisane parametry się częściowo wykluczają – taka konfiguracja techniczna nie jest możliwa do spełnienia. Komputer obsługujący wymagane w Etap 1 oprogramowanie systemu planowania radioterapii musi przede wszystkim spełniać wymogi producenta oferowanego oprogramowania stanowiącego wyrób medyczny i konfiguracja tego komputera (sprzętowa i programowa) musi spełniać te wymagania w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania wymaganego systemu. Zamawiający proszony jest o wskazanie przykładowego modelu, konfiguracji i producenta komputera, który spełnia opisane wymagania i możliwe jest do dostarczenia w wymaganym terminie. W przeciwnym razie Zamawiający proszony jest o zaakceptowanie poniższej konfiguracji i stosowne zmodyfikowanie treści opisującej ten parametr: a) Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera przenośnego typu laptop, którego ekran umożliwi pracę w trybie tabletu, a wymóg zapisany w punkcie 6. tego parametru odnosi się wyłącznie do wymogu dla systemu operacyjnego dla oferowanego komputera. b) Procesor np. Intel i7-1185G7, który w teście Passmark Average CPU Mark uzyskuje wynik 11038 punktów c) Minimum 3 porty USB wbudowane d) minimum 1 złącze RJ-45 (dopuszcza się jako adapter USB C -> RJ – 45) e) Pamięć RAM min: 16 GB bez wymogu możliwości rozbudowy (pamięć jest wlutowana w płytę główną, a rozszerzenie oznacza wymianę całej płyty głównej) f) Zasilacz o mocy (ciągłej) minimum 45W pracujący w sieci prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 87% przy 50% obciążeniu, w tym dopuszcza się 89% przy 65W.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zaakceptuje poniższą konfigurację:

**Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

- 
- a) Zamawiający wymaga dostarczenia komputera przenośnego typu laptop (bez funkcji tabletu), a wymóg zapisany w punkcie 6. tego parametru odnosi się wyłącznie do wymogu dla systemu operacyjnego dla oferowanego komputera.
- b) Procesor np. Intel i7-1185G7, który w teście Passmark Average CPU Mark uzyskuje wynik 11038 punktów
- c) Minimum 3 porty USB wbudowane
- d) minimum 1 złącze RJ-45 (dopuszcza się jako adapter USB C -> RJ – 45)
- e) Pamięć RAM min: 16 GB bez wymogu możliwości rozbudowy (pamięć jest wlutowana w płytę główną, a rozszerzenie oznacza wymianę całej płyty głównej)
- f) Zasilacz o mocy (ciągłej) minimum 45W pracujący w sieci prądu zmiennego i sprawności nie mniej niż 87% przy 50% obciążeniu, w tym dopuszcza się 89% przy 65W.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  
DIREKTOR  
CS. ZAMÓWIENIOWYCH I IT

*mgr Beata Martyn Mrozowska*