



Wrocław, 2 czerwca 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów, barwników, odczynników, materiałów do kontroli wraz z najmem urządzeń wg 3 pakietów - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.15.2021

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej SWZ, w ww. postępowaniu przetargowym:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

#### **Uzasadnienie:**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE. SWZ bez zmian.**

#### **Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

#### **Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: NIE. SWZ bez zmian.**

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka" w § 10 wzoru umowy?"

**Uzasadnienie:**

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykle ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: NIE. SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o modyfikację § 1 wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto.

**Uzasadnienie:**

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: NIE. SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

**Uzasadnienie:**

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: NIE. SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z form świadczenia usług serwisowych był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorami realizowany za pomocą usługi LiveConnect, której szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania (załącznik nr 1 do wyjaśnień i modyfikacji SWZ).

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2, Załącznik nr 2b – Tabela „parametry graniczne dla systemu nadzoru nad analizatorami POCT”:**

Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe w postaci maszyny wirtualnej spełniającej min. wymogi techniczne?

CPU: Quad core 3 GHz lub większy

RAM: 16 GB lub więcej

Dysk: 100 GB lub więcej

Sieć: 100 Mbps lub więcej

System operacyjny:

Microsoft Windows Server 2019, Standard lub Datacenter  
lub

Microsoft Windows Server 2016, Standard lub Datacenter

czy Wykonawca ma zapełnić fizyczny serwer dla proponowanego systemu nadzoru?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Wykonawca ma zapewnić fizyczny serwer dla proponowanego systemu wraz z systemem operacyjnym.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2, Załącznik nr 2b – Tabela „Parametry graniczne dla systemu nadzoru nad analizatorami POCT”:**

Czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie licencje na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer jeśli system nadzoru takowej będzie wymagał, Czy licencje ma dostarczyć Wykonawca?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Wykonawca ma dostarczyć wszystkie niezbędne licencje.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2, Załącznik nr 2b – Tabela „Parametry graniczne dla systemu nadzoru nad analizatorami POCT”:**

Czy, zważając na sytuację pandemiczną oraz potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego systemu nadzoru, Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego

w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający udostępni zdalny dostęp VPN na warunkach zawartych w umowie.**

**Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) Pakiet 2:**

Czy w tabeli pkt 7a nie nastąpiła omyłka rachunkowa dotycząca ilości wyliczonych przez Zamawiającego sztuk strzykawek? (774 opakowań x 100sztuk = 77400 sztuk

strzykawek)? **Odpowiedź na pytanie nr 10: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy w zakresie Pakietu nr 2 poz. 7a. Zapis otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe (w tym ilość oznaczeń na 36 miesięcy)	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym	Termin ważności
a	Strzykawka (safePICO Aspirator)	<u>77 400</u> W opakowaniu - 100 sztuk	opakowanie			774				min 6 miesięcy

**Pytanie nr 11 dotyczy załącznika nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) Pakiet 2:**

Czy w tabelki pkt 7b nie nastąpiła omyłka rachunkowa dotycząca ilości wyliczonych przez Zamawiającego opakowań kapilar? (1800 sztuk kapilar /250szt. w opakowaniu = 7,2 opakowania)?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy w zakresie Pakietu nr 2 poz. 7b. Zapis otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe (w tym ilość oznaczeń na 36 miesięcy)	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym	Termin ważności
b	Kapilara (70UI)	<u>1 750</u> W opakowaniu - 250 sztuk	opakowanie			7				min 6 miesięcy

## **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp informuje, że modyfikuje treść SWZ w ww. postępowaniu przetargowym. Zamawiający modyfikuje brzmienie Załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy w obrębie pakietu nr 2 poz. 3a i 3b zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe (w tym ilość oznaczeń na 36 miesięcy)	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym	Termin ważności
3	<b>Odczynniki do wykonywania badań na przenośnym analizatorze parametrów krytycznych - TYP B</b>									<b>min 4 miesiące</b>
a	Kaseta odczynnikowo-kontrolna (typu ABL90 FLEX solution pack - High Volume)	<b>10 800</b>	sztuka			<b>36</b>				<b>min 4 miesiące</b>
b	Kaseta sensorowa (typu SC90 900/30 BG/LYT/MET/OXI +QC)	<b>10 800</b>	sztuka			<b>36</b>				<b>min 4 miesiące</b>

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**