

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYGKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest diagnostyka, przegląd techniczny i konserwacja chromatografu gazowego Clarus 500 z autosamplerem (N6519101) firmy Perkin Elmer.

Czynności wymagane:

- usunięcie zanieczyszczeń
- skontrolowanie szczelności instalacji gazowej
- wymiana zużytych uszczelek
- skontrolowanie napięcia instalacji elektrycznej
- skontrolowanie stabilności połączeń elektrycznych
- skontrolowanie napięcia detektorów
- skalibrowanie przepływów gazów roboczych
- sprawdzenie stanu dozownika.

Diagnostyka – określanie stanu technicznego urządzeń i ustalenie źródeł awarii.

Przegląd techniczny to sprawdzenie stanu maszyny lub urządzenia w celu dokonania kontroli i oceny.

Konserwacją nazywamy zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie.

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Lewiński
Mł. asp. Marek LEWIŃSKI