



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.06.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 9

Pytania do zadania nr 12

1. **Pytanie nr 1**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe z 3 segmentami i dwoma uchwytami brudnymi?
Odp. Zgodnie z SWZ.
2. **Pytanie nr 2**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe w których średnica odbłyśników pojedynczej diody wynosi 2 cm ?
Odp. Zgodnie z SWZ.
3. **Pytanie nr 3**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe z głębokością oświetlenia wynoszącą 127 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
4. **Pytanie nr 4**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe z brudnym uchwytem w postaci relingu, który okala kopułę w 80% ?
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
5. **Pytanie nr 5**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe w których oświetlenie endoskopowe jest realizowane poprzez 3 diody LED rozlokowane wokół centralnego uchwyty sterylizowalnego ?
Odp. Zgodnie z SWZ.
6. **Pytanie nr 6**
Czy Zamawiający dopuści lampy mobilne bezcieniowe bez pilota bezprzewodowego ?
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytania do zadania nr 13

7. **Pytanie nr 1**
Czy Zamawiający dopuści lampy statywowe przejezdne z średnicą kopuły wynoszącą 32 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
8. **Pytanie nr 2**
Czy Zamawiający dopuści lampy statywowe przejezdne z 37 diodami LED i poborze mocy 37W?
Odp. Zgodnie z SWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

9. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampy statywowe przejezdne, która posiada mniej niż 18 diod LED?

Odp. Zgodnie z SWZ.

10. Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampy statywowe przejezdne z temperatura barwową 4500 K?

Odp. Zgodnie z SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982