



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Konin, 03.04.2023r

WSZ-EP-1/362/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 22

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy części nr 7

Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach H x W x D [mm] 337x466x550?

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.17 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pkt4: Czy zamawiający dopuści model o poziomie głośności nie wyższym niż 62 dB?

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.7 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pkt 9: Czy zamawiający dopuści urządzenie z menu w j. angielskim (większość menu, to uniwersalne, zrozumiałe znaki graficzne)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt12: Czy zamawiający dopuści urządzenie z zapisem 35 programów użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 8

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pipety o zakresie 10-100 mikrolitrów w miejsce 5-50. Zaoferowany model w większości pokryje zakres objętości pipety?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet nie posiadających Certyfikatu CE, które zgodnie z nową dyrektywą unijną nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w związku z czym nie są to produkty medyczne, tylko produkty GLP (general lab products) o przeznaczeniu do zastosowań laboratoryjnych? Produkty te są objęte 23% stawką VAT

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy, §6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych dla części nr 7 oraz 8 do 0,2%?

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.