

### DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot.: prośby o złożenie oferty na zakup wraz z dostawą aparatu do elektroterapii prądem wysokiej częstotliwości dla Zakładu Rehabilitacji.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do terapii tecar o poniższych parametrach:

- Moc: CET/RET 100W
- Częstotliwość [kHz]: 300 i 500
- Funkcje: Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, TIC
- Aparat przy pomocy elektrod pojemnościowych służących do terapii mięśni i struktur o dużej zawartości elektrolitów oraz elektrod rezystywnych dedykowanych do pracy z tkankami takimi jak kości, ścięgna, więzadła i torebki stawowe, rozluźnia napięte mięśnie, ułatwia mobilizację stawów kręgosłupa i działa przeciwbólowo
- Urządzenie w trakcie zabiegu generuje przyjemne ciepło, które jest bardzo dobrze odbierane przez pacjentów. Nadaje się do terapii zarówno w stanach ostrych, podostrych jak i chronicznych
- Aparat dzięki szerokiej gamie akcesoriów dodatkowych daje niesamowite możliwości pracy w różnych pozycjach oraz przy użyciu wielu technik fizjoterapeutycznych
- Wyposażenie : głowica ręczna CE, elektroda pojemnościowa CET 40 mm, elektroda pojemnościowa CET 60 mm, elektroda pojemnościowa CET 70 mm, głowica ręczna ACC.27 Elektroda RET 40 mm 8% 414,00 zł, elektroda RET 60 mm, elektroda RET 70 mm, elektroda dyspersyjna (neutralna), elektroda RET w postaci bransolety.

Ad.1) Zamawiający nie dopuści do postępowania aparatu do terapii tecar o powyższych parametrach.

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający przesuwą termin składania ofert na **14.11.2023 r.**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 14.11.2023 r. do godz. 9:00**
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/onkol\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce)
3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **14.11.2023 r. o godz. 10:00.**

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimeczak

