



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 10.01.2023 r.

EZP 14/2023

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr PM-31/EZP/2022 na Dostawa bielizny szpitalno – operacyjnej na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie Nr 17

Zwracam się z prośbą o dokładne uszczegółowienie jakiego rodzaju chip ma zostać wszyty w bieliznę. Istnieje kilka systemów RFID. Jest to konieczne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Rodzaj, typ CHIP RFID HF, spełniający poniższe wymogi:

- Pasywne, nie posiadające własnego źródła zasilania karty identyfikujące zintegrowanego układu kart bezdotykowych – karty zbliżeniowej o większym zasięgu,
- Zgodność z normą ISO 15693
- Działają w paśmie HF zgodnie z normą ISO 18000-3/ technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFIB dla zarządzania towarami część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz/.
- Odporne na min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji,
- Waga mieści się w zakresie od 0,78 g do 0,88 g
- Brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy. zostało to udowodnione poprzez wykonanie licznych serii testów przeprowadzonych zgodnie z normą CISPR 22, na której opierają się europejskie i amerykańskie normy bezpieczeństwa CE i FCC.
- Gwarantowane bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego takiego jak rozrusznik serca, defibrylatory, itp.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

