



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 30 sierpnia 2023r.

Wykonawcy postępowania nr 53/D/2023

WCKiK – SZP.2612.3.53/D/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***Dostawa roztworu PBS, filtrów do usuwania leukocytów z KKP oraz płytek z podłożem agarowym***, Sprawa 53/D/2023.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na pytania skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1 – dotyczy części 2 – Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych.

Prosimy o zaakceptowanie terminu pierwszej dostawy filtrów po 15 listopada 2023r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje pierwszy termin dostawy filtrów po 15 listopada 2023r.

Pytanie 2 -dotyczy części 2 – Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych.

Prosimy o zaakceptowanie terminu ważności dostarczanych filtrów min. 6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności dostarczanych filtrów nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Arkusz asortymentowo – cenowy **część 2 Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych po zmianach z dnia 30.08.2023 r.**

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **05.09.2023 r. do godziny 09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.09.2023 r. o godzinie 09:15**

Załączniki:

1. **Załącznik – Arkusz asortymentowo – cenowy część 2 Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych po zmianach z dnia 30.08.2023 r.**

W imieniu kierownika Zamawiającego

/-/

Nazwa	Nazwa handlowa	Wielkość opakowania	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Liczba	Cena jedn. netto (pln)	Wartość netto (pln)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln)
Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych					sztuka	850				
<p>1. Filtr powinien być wykonany z przezroczystego tworzywa, 2. Powinien posiadać integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy „oddychający” o pojemności min 1000ml, 3. Powinien być wyposażony w system odpowietrzania, gwarantujący filtrację w układzie zamkniętym. 4. Filtr powinien być zbudowany z naturalnego polimeru zapobiegającego aktywacji płytek podczas filtrowania, 5. Powinien być przeznaczony do laboratoryjnej filtracji 1 jednostki z aferezy lub 1 jednostki zlewanego KKP, 6. Powinien zapewniać czas filtracji ≤ 15 minut, 7. Skuteczność filtracji powinna osiągać poziom uważany za zapobiegający alloimmunizacji (liczba leukocytów <1x10⁶/jednostkę), 8. Objętość preparatu pozostająca w układzie nie powinna przekraczać 15%, 9. Filtry powinny zawierać jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii, 10. Filtr powinien zawierać elastyczny i cienkościenny dren, 11. Metoda sterylizacji powinna zapewniać okres ważności minimum 30 miesięcy.</p>										

Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę	Tak, podać oferowany czas dostawydni roboczych
Termin ważności produktu – nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy	Tak, podać termin ważności produktumiesiące

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- dokument CE,
- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Krakowie i Bydgoszczy.

.....
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób
upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!

Cenę jednostkową netto (pln), wartość netto (pln) oraz wartość brutto (pln) podaje się w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.