



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 20.03.2024 r.

FZP.II-241/26/24/ZO

## ***Wszyscy Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego pt. „**MASKI ANESTETYCZNE I RESUSCYTATORY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**”.

Szpital Specjalistyczny w Piła, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem rezerwy o pojemności 2000ml i drenem 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z żywicy z kołnierzem z PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

Czy resuscytator ma posiadać zintegrowany z workiem pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się aparatu z dłoni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie nr 4**

Czy połączenie zaworu pacjenta z resuscytatorem ma być obrotowe, co umożliwi łatwe ustawienie aparatu względem twarzy pacjenta?

**Odpowiedź: Tak**

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora o objętości 1510ml, z maską w wersji dla dorosłych (równoważnej rozmiarowi nr 5), z rezerwuarem tlenu o objętości 2600ml oraz drenem o dł. 2,15 ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,25% wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 zestawu do resuscytacji z workiem o pojemności 1,5 L o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt , z uchwytem rączką z możliwością obsługi jedną ręką , z maską z miękką poduszką powietrzną w rozmiarze 5 z możliwością dopompowania oraz w celu optymalizacji uszczelniania, wraz z drenem tlenowym o długości 3 m ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 masek anestetycznych ukształtowanych zgodnie z budową twarzy, w rozmiarach 1-5 wykonanych z medycznego PVC z miękkim mankietem, przezroczystą obudową i kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z drenem tlenowym o długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**