

Znak: ZOZ.V.010/DZP/19/20

Sucha Beskidzka dnia 11.05.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZOZ.V.010/DZP/19/20 na usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Dotyczy pakiet 9

Pytanie nr 1. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania przeglądu wskazanego w §2 ust.3 do 25 dni roboczych od przekazania zgłoszenia wykonania przeglądu. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 9 jest konieczne ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, co wpływa znacząco na terminy dostaw zestawów przeglądowych do respiratorów.

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

Zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Dotyczy pakiet 9

Pytanie nr 2. Prosimy o wyłączenie z §6 wzoru umowy opóźnień wynikających z wydłużonych terminów dostawy zestawów przeglądowych od producentów urządzeń opisanych w pakiecie nr 9. Opóźnienia w dostawach części zamiennych i serwisowych respiratorów spowodowane są stanem zagrożenia epidemicznego na świecie, na który Wykonawcy nie mają na nie wpływu. Prosimy o modyfikację zapisów §6 umowy dla pakietu nr 9 zgodnie z poniższym przykładem.

§6

„1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, z wyłączeniem opóźnień w realizacji umowy spowodowanych wydłużeniem dostaw zestawów serwisowych, o ile opóźnienie to nie przekracza 60 dni.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego, gdy terminy dostaw zestawów serwisowych od producenta ulegną wydłużeniu oraz uniemożliwią terminową realizację przeglądów.”

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

SIWZ

Rozdział IV pkt. 4.2.3.

Pytanie nr 3. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie pakietu nr 9 dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania usług są certyfikaty szkoleniowe wystawione przez producenta bądź autoryzacja.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga posiadania autoryzacji producenta.

SIWZ

Rozdział II – opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakiet nr 9

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie konieczności wymiany zgodnie z rozdziałem II pkt 2.2.2 SIWZ oraz zaleceniami producenta zestawów przeglądowych dla respiratorów prod. Air Liquide Medical Systems zgodnie z tabelą poniżej:

Extend XT wymaga wymiany:	
1.	Czujnik tlenu
2.	Akumulator – 2 szt.
3.	uszczelki
4.	Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen i powietrze
5.	Filtry

Osiris 3 wymaga wymiany:	
1.	Akumulator
2.	Filtry bakteryjne
3.	Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen
4.	Filtr (zimny)

Monnal T60 wymaga wymiany:	
1.	Czujnik tlenu
2.	Filtr HEPA
3.	Uszczelka pod zastawką wydechową
4.	Zestaw przeglądowy (nr. kat. KY732560)

Odp. TAK. W/w części należy uwzględnić w ofercie.

Z poważaniem:

z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mieście Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek