

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Holder aperturowy do skaningowego mikroskopu elektronowego

Element konfiguracji	Wymagania minimalne	Oferowane (wypełnia Wykonawca)
I	Holder aperturowy:	
1	kompatybilny z portem apertur JEOL JSM IT100	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
2	możliwość ustawienia sekwencyjnego w trzech zakresach położenia	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
3	zakresy położenia: 20µm, 30µm, 100µm	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
4	precyzyjna kontrola położenia w każdym z w/w zakresów niezależnie w osiach X i Y w zakresie 1 mm.	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
II	Apertura :	
1	kompatybilny z holderem pasek apertur z otworami: 20µm, 30µm, 100µm.	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
III	Gwarancja:	
1	24 miesiące	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

.....
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy