



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO ORAZ NAPRAW APARATÓW MEDYCZNYCH WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRME DRAEGER”

**Pytanie nr 1**

W formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1.1 znalazła się kolumna zasilające Agila (poz. 78). Zgodnie z historią serwisową prowadzoną przez firmę Dräger Polska Sp. z o.o. urządzenia te w 2023 roku przeszły remont generalny zalecany przez producenta, zgodnie z zaleceniami producenta kolejny przegląd wymagany jest w sierpniu 2028r roku. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tej pozycji z wyżej wymienionego formularza, gdyż nie ma konieczności wykonywania przeglądu tego urządzenia w trakcie trwania przedmiotowej umowy. Jednocześnie te urządzenia w ramach umowy nadal będą objęte usługą diagnostyki i napraw.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje że modyfikuje zapisy poprzez wykreślenie poz. 78 w formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1.1. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr inż. Jacek Banaszak*

***Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.***