

Katowice, dn. 16.10.2023r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę worków do głębokiego mrożenia, Nr sprawy: ZP-23-179BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

Zamawiający wymaga wypełnienia pojemnika materiałem biologicznym w zakresie 55-100 ml  
Czy zamawiający dopuści pojemniki o rekomendowanej pojemności mroźniowej od 60-160 ml?  
Oferowane pojemności dają szerszy zakres mroźniowy przechowywanych preparatów przy jednoczesnym zachowaniu tych samych wymiarów kaset.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innej pojemności mroźniowej, gdyż zakres minimum (55 ml) jest używany przy mrożeniu materiału biologicznego do procedury CAR-T, z kolei objętości wyższych niż 100 ml nie są używane. Ponadto zmiana pojemników wiązałaby się z koniecznością ponownej akredytacji przez firmę tworzącą CAR-T.**

### Pytanie 2

Zamawiający wymaga, aby pojemnik nie posiadał spawów zewnętrznych bocznych ze względu na wielkość kaset.

Czy zamawiający dopuści pojemniki o rozmiarze 122x 210 mm co umożliwi umieszczenia wyrobu w kasetach, które Państwo posiadacie. Pojemniki oferowane posiadają spawy boczne, co przy oferowanych wymiarach produktu nie koliduje z Państwa kasetami.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na możliwość rozszczelnienia spawów.**

### Pytanie 3

Zamawiający w OPZ zamieścił informację, że pojemnik ma być wyposażony w zaciski rolowane.

Czy zamawiający dopuści pojemnik, w którym zamiast zacisku rolowanego znajduje się zwykły zacisk który daje większą sprawność wykonania procesu, w którym czas gra jedna z kluczowych ról.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zacisków zwykłych, gdyż zaciski rolowane umożliwiają regulację przepływu materiału biologicznego.**

### Pytanie 4

Zamawiający w OPZ zamieścił informację, że pojemnik ma mieć wytłoczony nr seryjny.

Czy zamawiający dopuści pojemnik, na którym nr seryjny umieszczony jest poprzez specjalną fabryczną etykietę odporną na zamrażanie w ciekłym azocie, takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest w wielu Bankach komórek krwiotwórczych. Dodatkowo na pilotkach, które są integralnym elementem pojemnika jest wytłoczony numer seryjny.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na możliwość odklejenia etykiety z numerem seryjnym; poza tym na pojemniku musi być miejsce na umieszczenie etykiety z danymi w specjalnej kieszonce, która po umieszczeniu etykiety jest zgrzewana. Po przeszczepieniu materiału, przed utylizacją pojemnika, kieszonka jest przecinana a etykieta umieszczana w dokumentacji pacjenta.**

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ są czynnościami o odmiennym celu i znaczeniu. Przepis art. 284 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art.284 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ lub żądanie zmiany jej treści.

Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości, co do brzmienia SWZ. „ Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ...” (wyrok z 28 marca 2011r, KIO 545/11).

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz koryguje treść Rozdz. III pkt. 3 SWZ. Przedłużenie

terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

**BYŁO:** „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.11.2023r.”

**JEST:** „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18.11.2023r.”

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

**20.10.2023r. godz.: 08:00**

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:15