



Gdańsk, dnia 24.06.2019 r.

nr sprawy: D10.251.30.C.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup aparatury medycznej**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2019/S 098-236885** oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia postępowania.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 – dot. pakietu 1 zad. 2, pkt 35.2

Czy Zamawiający dopuści aparat z sondą convex obrazującą w zakresie 1,5 5 MHz i max kątem widzenia 70 stopni, która pozwoli co najmniej tak samo dobrze jak wymagana diagnozować pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

W związku z odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Zamówień Publicznych w następujących paragrafach:

4. § XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Termin składania ofert upływa dnia ~~09.07.2019~~ **10.07.2019 r. o godz. 10.00.**

W ZAŁĄCZENIU DO NINIEJSZYCH WYJAŚNIEŃ – DOKUMENTY PO ZMIANACH:

- Zał. 1B - OPZ Pakiet 1 - aparaty usg z funkcją echo PO ZMIANACH_2

Zatwierdził
Wiceprezes ds. ekonomicznych –Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej