

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów



Celestynów, dnia 10 kwietnia 2020 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:** wyjaśnienie treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Dostawa sprzętu medycznego” - sprawa nr WOFiTM/7/2020/PN.

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

**Pytanie nr 1**

Załącznik 1.7

Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym zasilanie i sterowanie pracą (również alarmami świetlnymi i dźwiękowymi) następuje w sposób całkowicie pneumatyczny, nie zwiększając przy tym zużycia gazu napędowego. W związku z taką budową i pneumatyczną zasadą działania, wykluczona została konieczność posiadania przez respirator baterii/akumulatora zasilającego alarmy świetlne i dźwiękowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający na zasadach równoważności rozwiązań dopuszcza do zaoferowania respirator, w którym zasilanie i sterowanie pracą (również alarmami świetlnymi i dźwiękowymi) następuje w sposób całkowicie pneumatyczny, nie zwiększając przy tym zużycia gazu napędowego, przy zachowaniu spełnienia pozostałych wymagań WET.

## **Pytanie nr 2**

Załącznik 1.7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności powszechnie stosowany respirator transportowy z niezależną, płynną regulacją ilości oddechów na minutę (8-40) i objętości oddechowej w zakresie 2-14 l/min (co pozwala w przeliczeniu na osiągnięcie wartości 50 - 1750 ml)/

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania WET w powyższym zakresie.

## **Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, Lp. 3 a)

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji "uciśnięcia klatki piersiowej należy wykonywać z częstością 100-120/min". Zamawiający mimo to narzuca wartość 100. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów na zgodne z wytycznymi ERC i dopuszczenie urządzenia którego producent podaje częstość jako  $101 \pm 1$  uciśnięć/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

## **Pytanie nr 4**

**Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną ładowarką na dwie baterie litowo-jonowe, która podstawowy zestaw ładuje do 2 godzin, a dwa komplety jednocześnie do 3 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

## **Pytanie nr 5**

**Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej**

Dotyczy: Specyfikacja Techniczna, Lp. 12

Wg naszej wiedzy, nie ma na rynku urządzenia, które pozwala na ciągłą pracę w ujemnych temperaturach. Wszystkie specyfikacje podają temp pracy od 0 stopni Celsjusza.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego temperatura pracy to 0 - 40 st.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymagania WET w powyższym zakresie.

## **Pytanie nr 6**

Pkt. nr 5 Załącznika Nr 1.3. do SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowany przez Zamawiającego w tym punkcie (5) wymóg prowadzenia ucisku klatki piersiowej w różnych płaszczyznach?

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia wykonującego efektywną kompresję klatki piersiowej w pozycjach siedzącej i półsiedzącej pacjenta oraz możliwości zmian pozycji pacjenta podczas trudnego transportu bez wstrzymywania pracy aparatu?

**Odpowiedź:** Urządzenie musi zapewniać możliwość prowadzenia ucisku klatki piersiowej w różnych płaszczyznach, w których może znaleźć się poszkodowany w trakcie transportu bez wstrzymywania pracy aparatu.

#### **Pytanie nr 7**

Pkt. nr 6 Załącznika Nr 1.3. do SIWZ

Czy Zamawiający określając wymóg minimalizacji ryzyka uszkodzeń mostka i żeber podczas kompresji klatki piersiowej oczekuje zaoferowania aparatu, który pracuje z wykorzystaniem wielokierunkowo oddziałujących sił kompresji, które prowadzą efektywną resuscytację i jednocześnie w sposób znaczny minimalizują ryzyko uszkodzeń mostka i żeber pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET.

#### **Pytanie nr 8**

Pkt. nr 11 Załącznika Nr 1.3. do SIWZ

Prosimy o uściślenie co oznacza określenie „kompletny zestaw” o wadze do 10kg?

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw w składzie aparat i akcesoria wymienione w punkcie 15?

**Odpowiedź:** Wymaganie wagi do 10 kg dotyczy kompletnego zestawu urządzenia w konfiguracji do jego pracy.

#### **Pytanie nr 9**

Pkt. nr 15 ppkt. f Załącznika Nr 1.3. do SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje ładowarki lub ładowarek do akumulatorów, z których każda będzie wyposażona w zasilacz sieciowy i kabel zasilania sieciowego oraz umożliwi jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów, a także dodatkowo kabla zasilania pokładowego, umożliwiającego pracę aparatu z sieci zasilające dowolnego środka transportu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego wyposażenia pozwalającego na równoczesne ładowanie dwóch akumulatorów z sieci 240 V 50 Hz lub z zasilania pokładowego 12-28 V DC środka transportu.

#### **Pytanie nr 10**

Uprzejmie prosimy o informację jakie znaczenie w ofercie mają mieć załączniki z grupy 5.1 – 5.9.?

Czy przygotowując ofertę należy w jakiejś formie odnieść się do tych dokumentów z SIWZ?

**Odpowiedź:** Załączniki 5.1 – 5.9 do SIWZ stanowią Wymagania Eksploatacyjno- Techniczne pozyskiwanego sprzętu i oferowany asortyment musi spełniać wymagania w nich zawarte. Natomiast rzeczywiste parametry oferowanego urządzenia Wykonawcy są zobowiązani podać w załącznikach 1.1-1.9 do formularza ofertowego, które są odpowiedzią Wykonawcy na załączniki 5.1 – 5.9 do SIWZ i określają przedmiot oferty wraz z jego rzeczywistymi parametrami.

#### **Pytanie nr 11**

Pytania do załącznika nr 5.1 do SIWZ

Dot. załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 2h

Zamawiający wymaga, aby defibrylator pozwalał na wykonanie procedury defibrylacji za pomocą łyżek lub elektrod. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma być dostępna w przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem obydwu wyżej wymienionych akcesoriów?

**Odpowiedź:** Dopuszczalny jest defibrylator posiadający automatyczną kompensację impedancji pacjenta dostępną tylko przy jednym z wymienionych akcesoriów.

#### **Pytanie nr 12**

Dot. załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 2j

Prosimy o doprecyzowanie czy łyżki dostarczone z defibrylatorem mają umożliwić pełne sterowanie defibrylatorem za pomocą następujących odrębnych przycisków służących do: wyboru poziomu energii, ładowania, wykonania defibrylacji, włączenia/wyłączenia wydruku?

**Odpowiedź:** Dopuszczalny jest defibrylator posiadający łyżki dające możliwość pełnego sterowania defibrylatorem odrębnymi przyciskami.

#### **Pytanie nr 13**

Dot. załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 6c,

Prosimy o doprecyzowanie czy pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych (dorośli, dzieci, noworodki), zaintubowanych i niezaintubowanych?

**Odpowiedź:** Pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych.

#### **Pytanie nr 14**

Dot. załącznika nr 5.1 do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby defibrylatory były wyposażone w akcesoria do pomiaru parametrów życiowych (SpO<sub>2</sub>, NIBP, EtCO<sub>2</sub>, Temperatura) dla dorosłych. Prosimy

o potwierdzenie czy zaoferowany defibrylator ma posiadać możliwość pomiaru ww. parametrów w pełnym zakresie wiekowym tzn. od noworodków po osoby dorosłe.

**Odpowiedź:** Pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych.

#### **Pytanie nr 15**

Dot. załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 12c

Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie do komputera PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych ma być zaoferowane i dostarczone, czy też Wykonawca ma zapewnić możliwość skorzystania z takiej opcji?

**Odpowiedź:** Oprogramowanie do komputera PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych ma być zaoferowane i dostarczone wraz z urządzeniem.

#### **Pytanie nr 16**

Dot. Załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 13g

Czy wymagany uchwyt naścienny, podobnie jak defibrylator, ma być zgodny z normą EN 1789?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w tym zakresie i wymaga aby uchwyt naścienny, podobnie jak defibrylator był zgodny z normą EN 1789.

#### **Pytanie nr 17**

Dot. Załącznika nr 5.1 do SIWZ, pkt. 13g

Czy wymagany uchwyt naścienny ma być wyposażony w zasilanie 12-28V? Takie rozwiązanie pozwala na to by aparat wpięty w uchwyt był zasilany nawet bez konieczności posiadania zainstalowanego w defibrylatorze akumulatora, nie korzystał z zasilania akumulatorowego utrzymując go zawsze w 100% gotowości do pracy, jak również umożliwia pracę tj. monitorowanie pacjenta, ładowanie akumulatora, defibrylację, a także wymianę akumulatora bez wyłączenia aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby uchwyt naścienny był wyposażony w zasilanie 12-28V.

#### **Pytanie nr 18**

Pytania do załącznika nr 5.2 do SIWZ

Dot. załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 2h

Zamawiający wymaga, aby defibrylator pozwalał na wykonanie procedury defibrylacji za pomocą łyżek lub elektrod. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy

automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma być dostępna w przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem obydwu wyżej wymienionych akcesoriów?

**Odpowiedź:** Dopuszczalny jest:

- defibrylator posiadający automatyczną kompensację impedancji pacjenta dostępną tylko przy jednym z wymienionych akcesoriów;
- defibrylator posiadający łyżki dające możliwość pełnego sterowania defibrylatorem odrębnymi przyciskami.

#### **Pytanie nr 19**

Dot. załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 2j

Prosimy o doprecyzowanie czy łyżki dostarczone z defibrylatorem mają umożliwiać pełne sterowanie defibrylatorem za pomocą następujących odrębnych przycisków służących do: wyboru poziomu energii, ładowania, wykonania defibrylacji, włączenia/wyłączenia wydruku?

**Odpowiedź:** Dopuszczalny jest defibrylator posiadający łyżki dające możliwość pełnego sterowania defibrylatorem odrębnymi przyciskami.

#### **Pytanie nr 20**

Dot. załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 6c,

Prosimy o doprecyzowanie czy pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych (dorośli, dzieci, noworodki), zaintubowanych i niezaintubowanych?

**Odpowiedź:** Pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych.

#### **Pytanie nr 21**

Dot. załącznika nr 5.2 do SIWZ

Zamawiający wymaga, aby defibrylatory były wyposażone w akcesoria do pomiaru parametrów życiowych (SpO<sub>2</sub>, NIBP, EtCO<sub>2</sub>, Temperatura) dla dorosłych. Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowany defibrylator ma posiadać możliwość pomiaru ww. parametrów w pełnym zakresie wiekowym tzn. od noworodków po osoby dorosłe.

**Odpowiedź:** Pomiar kapnometrii ma być możliwy do wykonania u pacjentów dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych.

### **Pytanie nr 22**

Dot. załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 12c

Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie do komputera PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych ma być zaoferowane i dostarczone, czy też Wykonawca ma zapewnić możliwość skorzystania z takiej opcji?

**Odpowiedź:** Oprogramowanie do komputera PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych ma być zaoferowane i dostarczone wraz z urządzeniem.

### **Pytanie nr 23**

Dot. Załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 13g

Czy wymagany uchwyt naścienny, podobnie jak defibrylator, ma być zgodny z normą EN 1789?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w tym zakresie i wymaga aby uchwyt naścienny, podobnie jak defibrylator był zgodny z normą EN 1789.

### **Pytanie nr 24**

Dot. Załącznika nr 5.2 do SIWZ, pkt. 13g

Czy wymagany uchwyt naścienny ma być wyposażony w zasilanie 12-28V? Takie rozwiązanie pozwala na to by aparat wpięty w uchwyt był zasilany nawet bez konieczności posiadania zainstalowanego w defibrylatorze akumulatora, nie korzystał z zasilania akumulatorowego utrzymując go zawsze w 100% gotowości do pracy, jak również umożliwia pracę tj. monitorowanie pacjenta, ładowanie akumulatora, defibrylację, a także wymianę akumulatora bez wyłączenia aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby uchwyt naścienny był wyposażony w zasilanie 12-28V.

### **Pytanie nr 25**

Zapytania dot. załącznika nr 5.7 do SIWZ WE-T - respirator transportowy.

Czy Zamawiający dopuści przewód zasilający, długość 100 cm, zakończony wtykiem szybkozłącza typu AGA? Przewód tlenowy znajduje się wewnątrz zestawu tlenowego i długość 1m jest w zupełności wystarczająca, żeby połączyć respirator z reduktorem. Czy Zamawiający oczekuje, aby respirator posiadał monitor umożliwiający wyświetlanie krzywej oddechowej ciśnienia w drogach oddechowych, Pmean, Ppeak, Paw, nazwę aktualnie wybranego trybu wentylacji oraz aktualny stan naładowania akumulatora? Są to istotne informacje w trakcie wentylacji i znacznie wpłyną na wygodę pracy i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia posiadającego opisywane parametry przy zachowaniu pozostałych wymagań WET.

### **Pytanie nr 26**

Dotyczy zadania 6, 12 - Urządzenia do dezynfekcji suchą mgłą

Czy Zamawiający w pkt. 10 nie popełnił pomyłki pisarskiej stawiający wymóg dezynfekcji za pomocą dyfuzji suchej mgły opartej na nadtlenu azotu? Do dezynfekcji wykorzystywany jest nadtlenek wodoru (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o wystąpieniu omyłki pisarskiej w pkt 10 a) powinno być H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

### **Pytanie nr 27**

Dotyczy zadania 6, 12 - Urządzenia do dezynfekcji suchą mgłą

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku koniczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Po przekroczeniu wyłącznie tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje.

### **Pytanie nr 28**

Dotyczy zadania 6, 12 - Urządzenia do dezynfekcji suchą mgłą

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia w oryginalnym kartonie producenta dostosowanym do transportu oferowanego sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje pod warunkiem, że oferowane opakowanie transportowe nie stanowi opakowania tekturowego.

### **Pytanie nr 29**

#### **Załącznik 1.9**

- 1) Prosimy o potwierdzenie, czy ogrzewacz płynów infuzyjnych stanowi przedmiot zamówienia w Pakiecie 12

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ przedmiotem zamówienia w Pakiecie 12 jest ogrzewacz płynów infuzyjnych.

- 2) Prosimy o podanie ilości ogrzewaczy, jakiej oczekuje Zamawiający

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia gwarantowanego są 2 kpl. urządzenia oraz 2 kpl. w ramach zamówienia opcjonalnego.

- 3) Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego przepływu 150 ml/min (9 l/godz.)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby maksymalny przepływ wynosił 150 ml/min (9 l/godz.).



4) Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min. i temp. wejściowej płynu mieszczącej się w zakresie od 1 do 33°C

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

5) Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie 3 stopniowego systemu zabezpieczeń przed przegrzaniem: alarm 43°C i dwoma zabezpieczeniami polegającymi na odcięciu zasilania przy 46°C oraz 55°C

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie

6) Pkt. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu określenia czasu nagrzewania płynu, ponieważ urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej i podgrzewa przepływający płyn na bieżąco.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie

7) Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, z możliwością mocowania na stojaku do kroplówek za pomocą klamry mocującej typu imadło wbudowanej w jednostkę zasilającą

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę aby urządzenie posiadało klamrę mocującą typu imadło wbudowaną w jednostkę zasilającą.

8) Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie jednostki zasilającej z napięciem wejściowym 100-240 VAC, 50-60Hz, 3.5A oraz ogrzewacza z napięciem wejściowym 15 VDC 13.35A

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

9) Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie jednostki zasilającej i podgrzewacza z ochronnością na poziomie IPX1

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie

10) pkt. 11, 12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia składającego się z jednostki zasilającej o wadze 1,34 kg i wymiarach 81x215x45 mm z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek oraz elementu podgrzewacza o wymiarach 59 x 126 x 37 mm i wadze 120 g

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

11) Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie kartridży dla jednego pacjenta z zestawem przedłużającym długości 20 cm; czas użycia 24 godziny z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer; do urządzenia należy dołączyć 25 szt. wkładów/kartridży.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

12) Pkt. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania opakowania transportowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

### **Pytanie nr 30**

#### **Załącznik 1.9**

1) Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego przepływu 1000 ml/godz. (1 l/godz.)

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

2) Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z regulacją temperatury w zakresie: 35° - 42°C w krokach co 0,1°C

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

3) Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z alarmem zbyt wysokiej temperatury oraz automatycznym, niezależnie działającym wyłącznikiem bezpieczeństwa przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej oraz ze wskaźnikiem wyświetlania temperatury.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

4) Pkt. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu określenia czasu nagrzewania płynu, ponieważ urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej i podgrzewa przepływający płyn na bieżąco.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie

5) Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia mocowanego do stojaka do kroplówek za pomocą klamry

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

6) Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zasilaniem: 100-240 V, 50/60 Hz

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

7) Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie jednostki zasilającej i podgrzewacza z ochronnością na poziomie IPX2

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie

8) pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza o wadze do 500 g

**Odpowiedź:** Urządzenie mieści się w maksymalnej wadze określonej w WET.

9) Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 140x75x35mm

**Odpowiedź:** Wymiary urządzenia mieszczą się w wymiarach określonych w WET.

10) Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w dren grzewczy o długości 80 cm, dostosowanego do użytku z drenami o średnicy do 5 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie drenu grzewczego o długości 80 cm dostosowanego do użytku z drenami o średnicy do 5mm.

11) Pkt. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania opakowania transportowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymaganie WET w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 31**

Dotyczy zapisów siwz Rozdział IX – Warunki udziału w postępowaniu b rak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu w celu spełnienia warunku c- zdolności technicznej lub zawodowej dla zadań 1,2,3,4 wykazał się wykonanymi dostawami na wymagane kwoty dla poszczególnych zadań, których przedmiot zamówienia to sprzęt medyczny ( ratunkowy) służący do ratowania życia ludzkiego np.: respirator? Wyrażenie zgody Zamawiającego na wykazanie się dostawami na sprzęt do ratownictwa medycznego( np. respirator) umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców oraz zapewni konkurencyjność cen.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się dostawami defibrylatorów i respiratorów

**Pytanie nr 32**

Dotyczy zapisów umowy § 4. SPOSÓB DOSTAWY I ZASADY ODBIORU

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu :

8) Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym w terminie do 7 dni roboczych od dnia rzeczywistej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 30 dni. W takim przypadku upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą i podpiszą jedynie "Protokół depozytowy", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, zaś dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym strony sporządzą i podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Na zapis:

**8) Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym w terminie do 7 dni roboczych od dnia rzeczywistej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie**

**możliwość przedłużenia terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 14 dni.** W takim przypadku upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą i podpiszą jedynie "Protokół depozytowy", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, zaś dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym strony sporządzą i podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

### **Pytanie nr 33**

Dotyczy zapisów umowy § 6. GWARANCJA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych od daty otrzymania Protokołu reklamacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

### **Pytanie nr 34**

Dotyczy zapisów umowy § 7. WARUNKI PŁATNOŚCI

Prosimy Zamawiającego o dodanie do zapisu umowy treści: Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury do Wykonawcy, osoby upoważnione ze strony Zamawiającego zobowiązane są do natychmiastowego przekazania faktury do działu księgowości oraz do poinformowania Wykonawcy o przekazaniu w danym dniu faktury do działu księgowości Zamawiającego. Dodanie tego zapisu do warunków umowy - zapewni uniknięcie przekazywania wystawionej przez Wykonawcę faktury do działu księgowości Zamawiającego trwające nawet kilka dni od daty otrzymania dokumentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie nr 35**

Dotyczy zapisów umowy § 13. RĘKOJMIA

Prosimy o zapis dotyczący rękojmi – okres rękojmi wynosi 24 miesiące

Zwracamy się o modyfikację zapisów umowy w punkcie 1. 1) okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia urządzenia .

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) – opcja, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1.1) Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

### **Pytanie nr 36**

Dotyczy Zadanie 1,2,3,4 : Defibrylator manualny do transportu aerodynamicznego oraz Zadanie Defibrylator Manualny:

Dotyczy punkt 79:

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wskazanie wymogu spełnienia normy „60068-2-64, lub RTCA/DO 160 i MIL STD-810”. Zamawiający uzna za spełnienie tego wymagania przez defibrylator spełniający zamiennie normę 60068-2-64 lub normy RTCA/DO 160 i MIL STD-810. Wstawienie przecinka przez Zamawiającego w aktualnych wymaganiach może spowodować różną interpretację tych zapisów. .

**Odpowiedź:** Uzna się spełnienie wymogów przez defibrylator spełniający zamiennie normę 60068-2-64 lub normy RTCA/DO 160 i MIL STD-810.

Dotyczy punkt 81:

W związku z zapisami WTT pytamy czy opisując uchwyt naścienny zgodny z normą PN EN 1789 Zamawiający oczekuje aby dostarczony uchwyt posiadał jednocześnie możliwość zasilania urządzenia i ładowania baterii bezpośrednio po wpięciu defibrylatora w uchwyt, takie rozwiązanie jest dostępne i stosowane w większości urządzeń dostępnych na rynku i znacząco podniesie bezpieczeństwo i komfort użytkownika sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby uchwyt naścienny był wyposażony w zasilanie 12-28V.

### **Pytanie nr 37**

Zadanie nr 5

Dotyczy Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej:

W związku z sytuacją, że obecne zapisy specyfikacji spełnia tylko jedno urządzenie na rynku:

- Easy Pulse firmy Schiler Medical prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania poniżej:

Dotyczy punkt 6:

W związku z zapisem w WTT, który dotyczy minimalizacji ryzyka uszkodzeń mostka i żeber podczas kompresji Zamawiający będzie oczekiwać aby zaoferowane urządzenie miało możliwość prowadzenia ucisków w taki sposób aby dochodziło do pełnej relaksacji klatki piersiowej (zgodnie z wytycznymi ERC)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia posiadającego opisywane parametry przy zachowaniu pozostałych wymagań WET.

Dotyczy punkt 8c:

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne zasilanie pokładowe w zakresie 12-33 VDC.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy punkt 9:

W związku z zapisem w WTT, który dotyczy czasu pełnego ładowania kompletu akumulatorów do 100%, pytamy czy Zamawiający dopuści pełne ładowanie do 100% jednego akumulatora zasilającego Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, w czasie 135 minut (2 godziny i 15 minut), jednocześnie zaznaczamy, że długość pracy urządzenia, które chcielibyśmy zaoferować, na jednej baterii wynosi od 90 do 120 minut (1,5 – 2 godziny) ( w zależności od ustawionych parametrów), a więc jest ponad dwukrotnie dłuższe niż oczekuje Zamawiający, Wykonawca dostarczy zgodnie z WTT 2 akumulatory?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy punkt 11:

W związku z zapisem w WTT, który dotyczy granicznej masy kompletnego zestawu pytamy czy Zamawiający dopuści urządzenie, o wadze gotowego zestawu do pracy do 8 kg natomiast waga kompletnego zestawu ze wszystkimi akcesoriami ok. 13 kg ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy punkt 15d):

W związku z zapisem w WTT, który dotyczy wyposażenia urządzenia w poduszę polimerową, pytamy czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dedykowane nakładki wykonane z tworzywa sztucznego w dwóch rozmiarach S/M i L/XL, nakładki są wielorazowe z możliwością sterylizacji i pełnią podobną funkcję jak poduszki polimerowe? Chcemy nadmienić, że nazwa: „poduszki polimerowe” jest używana przy urządzeniu Easy Pulse.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ile i jakiego rodzaju nakładek Zamawiający oczekuje przy dostawie.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się urządzenie wyposażone w dedykowane nakładki wykonane z tworzywa sztucznego w dwóch rozmiarach S/M (minimum dwie sztuki) oraz L/XL (minimum dwie sztuki) pod warunkiem, możliwości oddzielnego zakupu dedykowanych nakładek (np. w przypadku ich zniszczenia lub utraty) oraz ich dostępności na rynku lokalnym.

Dotyczy punkt 15f):

W związku z zapisem w WTT, który dotyczy sposobu zasilenia urządzenia, pytamy Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające jednocześnie ładowanie obydwu akumulatorów w postaci zewnętrznej jednostanowiskowej ładowarki oraz ładowania akumulatora w urządzeniu (w trakcie pracy lub w sytuacji kiedy urządzenie jest nie włączone ale podłączone do prądu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie nr 38**

Dotyczy zadanie nr 9

Dotyczy Respirator transportowy:

Dotyczy punkt 3 i 1b)

W związku z zapisami w WTT, które dotyczą okresu eksploatacji/żywności baterii/akumulatora zasilającego respirator prosimy o potwierdzenie czy chodzi o baterię/akumulator o okresie żywotności/eksploatacji minimum 2 lata lub 350 godzin pracy bez konieczności ładowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli okres po jakim baterie należy wymienić na nową tzn. 2 lata od rozpoczęcia eksploatacji urządzenia lub 350 godzin pracy urządzenia.

#### **Pytanie nr 39**

Dotyczy wszystkich zadań

Czy Zamawiający dokona zmiany wymaganego terminu naprawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonania naprawy w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia usterki, zgłoszenia przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wykonawcy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ:**

**I. Zmianie ulega Rozdział XV, pkt. 1 i 5 do SIWZ– *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* i otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć **poprzez platformę przetargową**, w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem nie później niż do **27.04.2020 r. godz. 11:00**. Wykonawca powinien uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przesłanie oferty poprzez platformę przetargową.
5. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu **27.04.2020 r. godz. 12:00 budynek nr 2 – sala odpraw**. Osoby będące obcokrajowcami, które chcą wejść na teren jednostki muszą spełniać wymagania określone w decyzji 21/MON z 10.02.2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w Resorcie Obrony Narodowej.

**II. Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy**

**III. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

*Załącznik 1 na 28 str. – załącznik nr 7*

**K O M E N D A N T**

**/-/ cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ**



**„Projekt”**  
**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (prawo opcji)**  
**UMOWA nr ...../2020**

Zawarta w dniu ..... r. w Celestynowie, pomiędzy: Skarbem Państwa Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej-Celestynów NIP: 532-001-50-17, Regon: 010043013, posiadającym siedzibę w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57, reprezentowanym przez: **Komendanta** ..... zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

(nazwa firmy) ....., NIP....., Regon ..... zarejestrowaną ..... (wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS) posiadającą siedzibę w: ....., adres poczty elektronicznej:....., reprezentowaną przez:

Pana/Panią.....,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

łącznie zwani Stronami,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania nr **WOFiTM/7/2020/PN** o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę sprzętu medycznego w części nr..... została zawarta umowa o następującej treści:

### **§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ..... objęta zestawieniem asortymentowo – ilościowo – cenowym określonym **załącznikiem nr 1** do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z SIWZ z Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi stanowiącymi **załączniki od nr .... do ...**, ze złożoną ofertą, z należytą starannością, z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami obowiązującymi na terenie Polski i UE.
3. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad, a także spełnia wszystkie wymogi niniejszej umowy oraz jest zgodny z Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi ( WET) stanowiącymi **załączniki od nr .... do ....**
4. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających przedmiot umowy do obrotu, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokumenty dopuszczające do obrotu niezwłocznie po wygaśnięciu ważności dokumentów złożonych w ofercie – przy czym nie później niż w terminie 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) liczonych od dnia wygaśnięcia ważności dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie.
5. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość, niezmienną cech oraz jednolitość zaoferowanego w ofercie asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.

## § 2. WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO

1. Całkowita maksymalna wartość umowy wynosi łącznie z VAT ..... **złotych (słownie: .....złotych i groszy).**
2. W skład wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 wchodzi następujące elementy:
  - 1) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w kwocie łącznie z VAT ..... **złotych (słownie złotych: ..... i groszy).**
  - 2) Wynagrodzenie za wykonanie zamówień objętych prawem opcji w kwocie łącznie z VAT ..... **złotych (słownie złotych: ..... i groszy).**
3. Wysokość cen jednostkowych przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.
4. W przypadku zamówień objętych prawem opcji, będą obowiązywać ceny ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca, w tym w szczególności koszty transportu, opakowania, załadunku, rozładunku, opłaty, podatki, cła itp.
6. Wartość zamówienia opcjonalnego jest wartością maksymalną a jej niezrealizowanie nie może stanowić podstaw dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Wartością końcową umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanego i przyjętego przedmiotu umowy.
8. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji asortymentowych określone w zestawieniu asortymentowo – ilościowo – cenowym, stanowiącym **załącznik nr 1 do umowy** muszą być identyczne z cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji asortymentowych określonymi na fakturze VAT.
9. Łączna wartość wystawionych faktur w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć wartości brutto umowy określonej w ust. 1.
10. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone w załączniku nr 1 do umowy są stałe przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana cen zakupu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stawek celnych, innych podatków poza (VAT), opłat kosztów transportu, nie uprawnia Wykonawcy do zmiany cen jednostkowych netto przedmiotu umowy określonych w załączniku nr 1 do umowy.

## § 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY I MIEJSCE DOSTAWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania do dnia 30 listopada 2021 r. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zrealizowania ostatniej dostawy, jednakże nie później niż z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nawet w przypadku niezrealizowania całego zakresu dostaw.
2. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w związku z nie zrealizowaniem całego zakresu dostawy.
3. Odbiorcą przedmiotu umowy jest Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie – zwany dalej „Odbiorcą”.
4. Użytkownikami przedmiotu umowy są jednostki (komórki organizacyjne) Resortu Obrony Narodowej (RON).
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kompletnego przedmiotu umowy stanowiącego zamówienie podstawowe (gwarantowane) w terminie ..... dni od dnia podpisania umowy, **to jest do dnia** ..... r. jednakże nie

później niż do **30.11.2020 r.** (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej).

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kompletnego przedmiotu umowy stanowiącego zamówienie realizowane w wyniku prawa opcji w terminie ..... dni od dnia otrzymania zamówienia z prawem opcji, jednakże nie później niż do **30.11.2021 r.** (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu umowy w podziale na części tj. zadanie, przy czym realizacja konkretnej części/zadania musi nastąpić jednorazowo, a terminy dostawy całości przedmiotu umowy nie może przekroczyć terminu określonego w zdaniach poprzednich.

#### **§ 4. SPOSÓB DOSTAWY I ZASADY ODBIORU**

1. Tryb i zasady odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:
  - 1) Wykonawca, na minimum 5 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie - pocztą, kurier, drogą mailową lub faksem.
  - 2) Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana zostanie w dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 12:00.
  - 3) Dostarczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie transportem spełniającym warunki określone w wymaganiach producenta dla przechowywania i transportu danego asortymentu.
  - 4) Przedmiot umowy musi być:
    - fabrycznie nowy;
    - zapakowany i dostarczony w oryginalnych opakowaniach oznakowanych nazwą producenta/importera oraz opisem zawartości;
    - opakowany indywidualnie w wewnętrzne, hermetyczne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, zawilgoceniem, itp. Podczas transportu i składowania – dotyczy w szczególności materiałów, które pod wpływem powietrza mogą stracić swoje właściwości;
    - w przypadku gdy część przedmiotu umowy wymaga przepakowania, przedmiot umowy musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym;
  - 5) Wykonawca dostarczy z przedmiotem umowy **ulotki w języku polskim** zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego przechowywania.
  - 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentu własnego zgodnego ze stanem ilościowym, jakościowym i wartościowym (ceny brutto) zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy. (W zakresie złożonych przedmiotów umowy składających się z autonomicznych i kompletnych urządzeń Wykonawca dołączy do ww. dokumentu własnego zestawienie asortymentowo-cenowe dotyczące ww. urządzeń składowych zgodnie z załącznikiem 1a)\* **Jeżeli dotyczy sprzętu złożonego.**
  - 7) Upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, dokonają odbioru dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ten sposób, że po sprawdzeniu go pod względem ilościowym, jakościowym i dokumentacyjnym, strony sporządzą i podpiszą „Protokół zdawczo -odbiorczy”, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 do umowy.**
  - 8) Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym w terminie do 7 dni roboczych od dnia rzeczywistej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do sprawdzenia

przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 30 dni. W takim przypadku upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą i podpiszą jedynie "Protokół depozytowy", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, zaś dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym strony sporządzą i podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- 9) Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przez Wykonawcę systemem zleconym (np. firma kurierska), z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy systemem zleconym powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość rozpakowania i sprawdzenia dostarczanego przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z umową, w czasie zapewniającym Zamawiającemu rzetelne przyjęcie towaru.
- 10) Wykonawca bądź jego przedstawiciel jest zobligowany w każdym przypadku do obecności przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek, że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag.
- 11) W przypadku jakichkolwiek uwag Zamawiającego w trakcie przyjmowania przedmiot umowy uważa się za nieprzyjęty w wadliwej części o czym decyduje Zamawiający, wówczas zostanie sporządzony przez Zamawiającego "Protokół niezgodności", którego wzór stanowi załącznik nr 3a do umowy, zawierający uwagi i niedociągnięcia, podpisany przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostawy realizowanej przez firmę zewnętrzną (np. firma kurierska) bądź nieobecności Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, "protokół niezgodności" zostanie sporządzony i podpisany jednostronnie tylko przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy bez możliwości wniesienia uwag do jego treści.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania na własny koszt wadliwego i/lub nieprzyjętego przedmiotu umowy. Zamawiający wystosuje do Wykonawcy wezwanie do odebrania wadliwego i/lub nieprzyjętego przedmiotu umowy, w którym określi termin w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania przedmiotu umowy (min. 7 dni). W przypadku uchybienia terminu określonego przez Zamawiającego znajdują wprost zastosowanie postanowienia dotyczące kar umownych.
- 13) W sytuacji nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego **w zakresie wadliwej części przedmiotu umowy**, strony sporządzą i podpiszą „Protokół zdawczo – odbiorczy” dotyczący jedynie części niewadliwego przedmiotu umowy, zaś w stosunku do wadliwej części przedmiotu umowy „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie sporządzony i podpisany przez strony po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę niewadliwego przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami SIWZ oraz złożoną w postępowaniu ofertą.
- 14) W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy wolnego od wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego przewyższającego te kary, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego wykonania umowy albo nabyć przedmiot umowy w zakresie niewykonanej części umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą

Zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób przedmiot umowy w zakresie niewykonanej części umowy.

- 15) Terminem wykonania umowy, w przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy, jest data sporządzenia i podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego” dotyczącego wymienionych przez Wykonawcę wadliwych części przedmiotu umowy na zgodne z wymaganiami SIWZ oraz złożoną w postępowaniu ofertą.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot umowy do podpisania „Protokołu zdawczo odbiorczego”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania uzupełnionej w części B i C (i o ile jest to możliwe w części D) karty wyrobu (wzór załącznik nr 7) w formie elektronicznej i przesłanie jej Zamawiającemu na adres e-mail: [wofitm.odbiior@ron.mil.pl](mailto:wofitm.odbiior@ron.mil.pl), nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed planowanym dniem dostawy. Nazwą pliku jest numer umowy. Dostarczenie karty wyrobu jest wymagane przy pierwszej dostawie asortymentu w ramach umowy. Karta wyrobu do pobrania przez Wykonawcę znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://wofitm.wp.mil.pl/pl/bip/info/2-karta-wyrobu/eon3-karta-wyrobu>.
4. Strony ustalają że, Wykonawca dostarczy pełen opis instrukcji do urządzeń, a Użytkownik zobowiązuje się do jej ścisłego stosowania. Odpowiedzialnością za nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia obciążają użytkownika. Obowiązek udowodnienia winy Użytkownikowi w eksploatacji przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

## **§ 5. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ UMOWY**

1. Odpowiedzialnym za realizację umowy (podpisanie protokołów) z ramienia Zamawiającego są:
  - 1) Grupa Odbioru i Kontroli Dostaw  
tel. 261 894 184, fax. 261 894 091, e-mail : [wofitm@ron.mil.pl](mailto:wofitm@ron.mil.pl)
2. Odpowiedzialnym za realizację umowy z ramienia Wykonawcy są:
  - 1) ..... – tel. ....  
e-mail: [.....](#)

## **§ 6. GWARANCJA**

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z umową, w tym:
  - 1) stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  - 2) ma wadę zmniejszającą wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych w treści SIWZ, czy też nie spełnia norm dotyczących przedmiotu zamówienia, powszechnie obowiązujących w chwili dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego albo jeżeli dostarczono go w stanie niezpełnym (niekompletnym).
2. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” (wzór załącznik nr 5) wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty ujawnienia wady.

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy albo do dostarczenia w zamian odpowiedniej ilości nowego przedmiotu umowy-wolnego od wad, jeżeli te wady ujawnią się w okresie gwarancji.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu umowy taki sam nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymianę przedmiotu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
5. Wykonawca zapewni, że dostarczony przedmiot umowy będzie objęty..... gwarancją jakości (termin zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy) licząc od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przedmiotu umowy.
6. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 5 ciężar i koszt realizacji wszystkich procedur gwarancyjnych spoczywają na Wykonawcy.
7. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
8. Gwarancja obejmuje również przedmiot dostarczony przez kooperantów (podwykonawców).
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca:
  - 1) naprawi lub wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w ciągu **7 dni roboczych** od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” (wzór załącznik nr 5);
  - 2) termin gwarancji wymienionego przedmiotu umowy rozpocznie bieg na nowo od chwili jego dostarczenia;
  - 3) w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy wolnego od wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym powyżej w ust. 10 pkt 1, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego przewyższającego te kary, wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo nabyć przedmiot umowy, którego Wykonawca nie wymienił na wolny od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą Zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób przedmiot umowy w zakresie niewykonanej części umowy lub do dochodzenia ceny jaką zapłacił.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód również po stronie osób trzecich, powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy lub nienależytego wywiązania się z warunków niniejszej gwarancji.
12. Zamawiający zastrzega, sobie prawo do wyboru rodzaju gwarancji pomiędzy prawami i obowiązkami wynikającymi z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę albo prawami i obowiązkami wynikającymi z gwarancji udzielonej przez producenta (tzw. gwarancji producenta) – w zależności od tego, które z nich będą korzystniejsze dla Zamawiającego.
13. Wszelkie prawa z tytułu gwarancji wykonuje Zamawiający bezpośrednio lub jednostka Resortu Obrony Narodowej, użytkująca przedmiot umowy.

## **§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

- na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin płatności faktury będzie oznaczony w treści faktury, w następujący sposób: „zgodnie z umową” lub „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury”.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz całkowita zgodność przedmiotu umowy z załącznikiem nr 1 do przedmiotowej umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia faktury wystawionej przed datą całkowitego wykonania przedmiotu umowy oraz z terminem płatności oznaczonym w inny sposób niż określony w ust. 1. W przypadku, gdy wraz z przedmiotem umowy zostanie dostarczona faktura, Zamawiający co do zasady dokona jej zwrotu do czasu całkowitego przyjęcia przedmiotu umowy.
  4. Za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  5. Wszystkie koszty bankowe powstałe po stronie Zamawiającego pokryje Zamawiający, a po stronie Wykonawcy – Wykonawca.
  6. Za datę powstania zobowiązania finansowego z tytułu niniejszej umowy Zamawiającego wobec Wykonawcy uważa się datę wpływu faktury VAT wymienionej w ust 1 wypełnionej w sposób niewadliwy zgodnie z ust 2 lub datę wpływu ostatecznej faktury ją korygującej.
  7. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 1 będzie biegł od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
  8. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
  9. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
  10. Zamawiający informuje, iż dopuszcza przesłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji płatności z wykorzystaniem mechanizmu „podzielnej płatności”.
  12. Rachunek bankowy widniejących na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.

## **§ 8. PRAWO OPCJI**

1. Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania dostawy przedmiotu umowy w zakresie, cenie i ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający może uruchomić realizację zamówienia korzystając z prawa opcji po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę dostępności na rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia.
3. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
4. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego).
5. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

6. Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie do wykonawcy druku „zamówienia opcjonalnego” – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
7. W przypadku potrzeby uruchomienia zamówienia w ramach prawa opcji, Zamawiający w pierwszej kolejności, zwraca się do Wykonawcy z pytaniem o możliwość realizacji takiego zamówienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uruchomi prawo opcji, z zastrzeżeniem iż Wykonawca który wyraził zgodę na realizację takiego zamówienia z prawa opcji, będzie ponosił wszelkie konsekwencje wynikające z niniejszej umowy. W przypadku odmowy realizacji zamówienia z prawem opcji Wykonawca nie ponosi konsekwencji i nie jest związany zamówieniem z prawa opcji.

## **§ 9. WIERZYTELNOŚCI**

Wykonawca nie może dokonać sprzedaży i/lub zastawiania i/lub cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

## **§ 10. KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) w razie odstąpienia od umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy.
  - 2) w razie odstąpienia od umowy w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartość brutto (ceny) części przedmiotu umowy, tj. w odniesieniu do każdego odrębnego zadania (egzemplarza), od której następuje odstąpienie;
  - 3) za opóźnienie lub niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wynikającego z niniejszej umowy – 0,1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do każdego odrębnego zadania (egzemplarza), której dostawa została opóźniona, każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 4) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do każdego odrębnego zadania (egzemplarza), której dotyczy opóźnienie lub niedotrzymanie terminu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 5) w przypadku odmowy realizacji prawa opcji – 10% wartości brutto uruchomionego zamówienia opcjonalnego.
2. Kary umowne są niezależne.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień



wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych.

4. Niezależnie od możliwości dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikających z niniejszej umowy, do wysokości faktycznie poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki o zasięgu ogólnokrajowym, zarządzenia władz administracji publicznej itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być, w miarę możliwości, potwierdzony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej.
6. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy.

## **§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, które może stanowić przyczynę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach) rozumie się w szczególności:
  - 1) Dostawę przedmiotu umowy niewłaściwej jakości, wadliwego, uszkodzonego, niezgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie i załącznikami stanowiącymi integralną część umowy;
  - 2) Dostawę przedmiotu umowy niekompletnego zarówno w zakresie wyposażenia, ukompletowania (tj. części składowych, jak i dokumentacji, certyfikatów, oznaczeń, znakowania, opakowania itp.);
  - 3) Opóźnienie w realizacji postanowień umowy;
  - 4) Dostawę przedmiotu umowy posiadającego wady fizyczne jak i prawne.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie umowy, a po jego upływie bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
3. Odstąpienie w rozumieniu ust. 1 i/lub 2 jest skuteczne z dniem doręczenia Wykonawcy jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może zażądać wyłącznie zapłaty z tytułu już wykonanej części umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający wystosuje do Wykonawcy wezwanie do odebrania wadliwego i/lub nieprzyjętego przedmiotu umowy, w który określi termin w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania przedmiotu umowy. W przypadku uchybienia terminu określonego przez Zamawiającego znajdują wprost zastosowanie postanowienia dotyczące kar umownych.
8. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie wykonawcy.

## **§ 12. KOOPERACJI**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

## **§ 13. RĘKOJMIA**

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozszerzają w następujący sposób:
  - 1) Okres rękojmi jest równy terminowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
  - 2) Niezależnie od rodzaju wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa z tytułu rękojmi.
  - 3) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest niewadliwy, w przeciwnym razie Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o wszelkich wadach istniejących w chwili wydania przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma obowiązku badania przedmiotu umowy pod kątem jego wadliwości. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi domniemywa się, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w przedmiocie umowy.

- 4) Jeżeli spośród rzeczy będących przedmiotem umowy tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, Zamawiający według swojego wyboru uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub jedynie wadliwej części.
  - 5) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wadzie fizycznej przedmiotu umowy. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” (wzór załącznik nr 5) wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta i przekazany Wykonawcy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty ujawnienia wady.
  - 6) W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca:
    - a) wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w ciągu **15 dni roboczych** od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”;
    - b) oświadcza, iż termin rękojmi rozpocznie bieg na nowo od chwili dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy;
    - c) w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu niewadliwego w terminie wskazanym powyżej w ust. 1 pkt 6) ppkt a), Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego przewyższającego te kary, wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany asortymentu na niewadliwy albo nabyć asortyment, którego Wykonawca nie wymienił na niewadliwy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą Zamawiający zapłacił za nabyty w ten sposób asortyment w zakresie niewykonanej części umowy lub do dochodzenia ceny jaką zapłacił.
  - 7) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych.
  - 8) Wszelkie prawa z tytułu rękojmi wykonuje Zamawiający bezpośrednio lub jednostka resortu Obrony Narodowej, użytkująca towar.
2. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód również po stronie osób trzecich, powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego asortymentu lub nienależytego wywiązania się z warunków rękojmi.

#### **§ 14. ZMIANA TREŚCI UMOWY**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują następujące możliwości zmiany umowy:
  - 1) zamiana poszczególnego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, na asortyment równoważny, tj. przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym;
  - 2) zmiana nazwy handlowej produktu, o ile zmiana ta została dokonana przez producenta i została potwierdzona stosownym dokumentem;
  - 3) w zakresie koniecznym z powodu zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  - 4) brak przedmiotów umowy, które były przedmiotem złożonej oferty na rynku, tj. producent danego towaru wycofał go z produkcji lub wprowadził inne jego

- oznaczenie, a na jego miejsce wprowadził towar o innym oznaczeniu i zmiany te nie obniżają standardu określonego umową lub są jakościowo wyższe;
- 5) zmiana producenta z zastrzeżeniem, iż Wykonawca oferuje tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena nie może być wyższa niż zaoferowana w ofercie;
  - 6) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
  - 7) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego;
  - 8) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub użytkownika końcowego;
  - 9) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 10) zmiany określonego w § 3 ust. 4 i 5 terminu dostawy kompletnego przedmiotu umowy stanowiącego zamówienie, w wymiarze niezbędnym z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz z powodu podjęcia przez organy publiczne innych działań związanych z ochroną zdrowia publicznego;
  - 11) zmiany liczby opakowań przedmiotu umowy (sposobu pakowania);
  - 12) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, dotyczącej przedmiotu umowy, w wyniku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia niniejszej umowy, wartość brutto przedmiotu umowy zostanie zmieniona na pisemny wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu przez Stronę stosownego aneksu, w wyniku zastosowania zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmiany mogą być dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku wraz z podaniem okoliczności uzasadniających zmianę (np. oświadczenie od producenta przedmiotu umowy o wycofaniu z produkcji asortymentu będącego przedmiotem umowy) i warunków tej zmiany.
  4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać uzasadnienie, np. oświadczenie od producenta przedmiotu umowy o wycofaniu z produkcji będącego przedmiotem umowy, informujące o zaistnieniu sytuacji uzasadniającej zmianę umowy.
  5. Zmiana przedmiotu umowy, jest dopuszczalna pod warunkiem, że przedmiot umowy zaoferowany jako zamiennik zawiera w składzie tę samą substancję aktywną, w tej samej dawce oraz ma zarejestrowane te same wskazania, co wyrób objęty umową.
  6. Zamawiający, dopuszcza dostarczenie przedmiotu umowy zamiennego (równoważnego, tj. takiego, który zaoferowany w ofercie zostałby uznany za spełniający warunki postawione w SIWZ) w stosunku do asortymentu, który został wskazany w formularzu asortymentowo-cenowym. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym. Dostarczenie zamiennika asortymentu może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego i o ile Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

Powyższe wymaga sporządzenia Aneksu do umowy.

7. Zmiany przedmiotu umowy, w tym producenta oferowanego asortymentu zamiennego itp. nie są podstawą do zwiększenia ceny jednostkowej.

### **§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA KODEM KRESKOWYM**

1. Dostarczony produkt ma być oznaczony kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1:
  - 1) Wyrób handlowy detaliczny, jednostkowy: można przestawić w jednym z wymienionych kodów kreskowym: GTIN-8 (EAN-8), GTIN-13 (EAN-13), ITF-14, GS1-128 (szczególnie dla sprzętów gabarytowych), UPC-E, UPC-A.
  - 2) Jednostka logistyczna: jeżeli występuje należy przedstawić w kodzie kreskowym GS1-128 z GTIN-14 wraz z numerem SSCC.  
GLN WOFiTM 5906874944001 (IZ 410 – odbiorca).
2. Zamawiający w przypadku wątpliwości przy identyfikacji wyrobu może zwrócić się do Wykonawcy o przekazanie dodatkowych danych na temat tego wyrobu:
  - identyfikator GLN Wykonawcy;
  - identyfikator GLN producenta wyrobu;
  - Numer NSN (jeżeli wyrób taki numer posiada);
  - wymiary, wagę;
  - symbol katalogowy.

### **§ 16. PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

### **§ 17. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy wykonawczej.
2. Informacje stanowią własność Zamawiającego.
3. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji,

- a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
  7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.
  8. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.
  9. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać Zamawiającemu.
  10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji:
    - na adres e-mail: .....
    - faksem, na numer: .....
  12. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
  13. Wykonawca nie może zwielokrotnić, rozpowszechnić, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
  14. Wykonawca zobowiązany jest:
    - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,
    - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
  15. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).

16. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
17. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rodo), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
18. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.
19. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych.

## **§ 18. INNE POSTANOWIENIA**

1. Przez dni robocze na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
  1. Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego;
  2. innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozważanie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. W razie wątpliwości dotyczących informacji zawartych w poszczególnych dokumentach kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
  - 1) Umowa podpisana przez obydwie strony;
  - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
  - 3) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym nr **WOFiTM/7/2020/PN**
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu poczty elektronicznej, numeru fax itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.
6. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub odbiorców końcowych (użytkowników), w tym w szczególności protokoły reklamacji, mogą być

kierowane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faksem na wskazany w komparycji numer faksu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż termin w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego lub odbiorców końcowych (użytkowników) oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia do siedziby Wykonawcy.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. Umowa zawiera ..... (słownie: ..... ) ponumerowanych stron.

Załączniki – stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- nr 1 – Zestawienie asortymentowo – ilościowo – cenowe
- nr 2 – Wzór „Protokołu zdawczo – odbiorczego”
- nr 3 – Wzór „Protokołu depozytowego”
- nr 3a- Wzór „Protokołu niezgodności”
- nr 4 – Wzór „Zamówienia opcjonalnego”
- nr 5 – Wzór „Protokołu reklamacyjnego”
- nr od 6.1 do 6.9– Wymagania Eksploatacyjno - Techniczne
- nr 7– Wzór „Karty wyrobu”

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Rozdzielnik:

- egz. nr 1 – Wykonawca
- egz. nr 2 – Zamawiający



**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO – CENOWE**

Zamówienie gwarantowane:

Nr zad.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa*	Nazwa producenta	J.m.	Ilość do zakupu	Cena jedn. netto**	VAT		Wartość brutto**	Termin gwarancji	Uwagi	NR ZWSI RON
							%	Wartość podatku VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM WARTOŚĆ NETTO												
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO												

Zamówienie opcjonalne:

Nr zad.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa*	Nazwa producenta	J.m.	Ilość do zakupu	Cena jedn. netto**	VAT		Cena jednostkowa brutto**	Wartość brutto**	Termin gwarancji	Uwagi
							%	Wartość podatku VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM WARTOŚĆ NETTO												
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO												

\* Pełna nazwa handlowa tożsama z nazwą widniejącą na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu.

\*\* Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowana stawka VAT.....

WYKAZ CZĘŚCI SKŁADOWYCH  
wchodzących w przedmiot zamówienia (umowy)

Lp.	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Dane identyfikujące produkt (producent, model, typ, numer katalogowy itp.)
<i>Podać nazwę przedmiotu zamówienia (umowy)</i>						
1						
2						
Razem za .....						-----
<i>Podać nazwę przedmiotu zamówienia (umowy)</i>						
Razem za .....						-----

UWAGA:

1. W tabeli należy wyszczególnić wszelkie zasadnicze elementy składowe wchodzące w (wyposażenie) skład przedmiotu umowy.
2. Łączna cena wszystkich zasadniczych elementów (po zsumowaniu) musi być zgodna z ceną podaną przez Wykonawcę za kompletny produkt.
3. **Tabelę wypełniamy tylko w stosunku do produktów, w skład których wchodzi elementy składowe.**

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Sporządzony w dniu .....2020 r. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, dotyczący odbioru przedmiotu/ów według umowy nr .....z dnia.....

Zamawiający: **Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie**

Wykonawca:.....

Przedmiot umowy:

Lp.	Asortyment*	Nazwa handlowa tożsama z nazwą pozycji asortymentowej na fakturze.*	J.m.*	Ilość*	Deklarowany termin ważności (jeśli dotyczy)*	Inne uwagi**
1.						

\* Wypełnia Wykonawca

\*\*Wypełnia Zamawiający

- Wykonawca przekazał asortyment a Zamawiający przyjął go stwierdzając, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zawartą umową .
- Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek, że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag.

Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

## PROTOKÓŁ DEPOZYTOWY

Sporządzony w dniu .....2020 r. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie dotyczący przyjęcia w depozyt (bez sprawdzenia ilościowo – jakościowego) przedmiotu/ów do umowy nr .....z dnia.....

Zamawiający: **Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie**

Wykonawca: .....

Lp.	Typ opakowania transportowego* (karton, skrzynia, paleta itp.)	J.m.*	Ilość*	Uwagi**
1.				

\*Wypełnia Wykonawca

\*\*Wypełnia Zamawiający

1. Wykonawca przekazał asortyment a Zamawiający przyjął go, zliczając tylko ilość opakowań transportowych (zbiorczych), w jakich towar został przekazany Zamawiającemu, tj. kartonów, skrzyń, pojemników, palet itp.
2. Zamawiający w chwili dostawy nie sprawdził przedmiotu/ów umowy pod względem ilościowym i jakościowym (np. wymaganych dat ważności). Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z **§ 4 ust. 1 pkt. 7** dokona tego **sprawdzenia bez zwłoki, ale w czasie niezbędnym** do dokładnego i rzetelnego przeprowadzenia tej czynności, której efektem będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
3. W wypadku dostawy realizowanej przez firmę zewnętrzną (np. firma kurierska) bądź nieobecności Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, protokół, o którym mowa w **§ 4 ust. 1 pkt. 10** zostanie sporządzony i podpisany jednostronnie tylko przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy bez możliwości wniesienia uwag do jego treści.

Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ  
ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów**

Umowa .....  
Sprawa .....

Firma .....

**PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI NR .....**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa produktu/urządzenia/dawka/postać</b>	<b>Jm.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powód zgłoszenia</b>	<b>Uwagi</b>

.....

...

**Załącznik nr 4 do umowy**  
Celestynów, dn. ....2020 r.

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ  
ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów

(nazwa firmy).....  
(adres).....  
.....  
fax. ....  
tel.....

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE nr..... /2020(1)

ZAMAWIAJĄCY:  
Wojskowy Ośrodek Farmacji  
i Techniki Medycznej  
05-430 Celestynów  
ul. Wojska Polskiego  
NIP 532-001-50-17  
Bank: NBP O/O WARSZAWA  
Konto: 02 1010 1010 0020 3322 3000 0000  
Termin dostawy :  
Transport: dostawcy.

PŁATNIK - ODBIORCA  
Wojskowy Ośrodek Farmacji  
i Techniki Medycznej  
05-430 Celestynów  
ul. Wojska Polskiego  
NIP 532-001-50-17

Termin zapłaty:  
Sposób zapłaty:

Lp	poz. planu	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Nazwa producenta	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto zł.	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto zł.	Wartość brutto zł	Uwagi
1.											
<b>RAZEM:</b>										<b>0,00</b>	

Zamówienie do umowy nr ...../2020 z dnia .....2019 r.- postępowanie przetargowe nr WOFiTM/...../2020/PN  
Źródło finansowania:.....

Podpis osoby zatwierdzającej

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Podpis i pieczęć osoby Zamawiającej

INFORMACJE DODATKOWE:  
TEL 261-894-184 (w godz. 7.00 - 14.30), FAX 261 894 091

**Załącznik nr 5 do umowy**

Miejscowość, dnia .....

(nazwa firmy).....

ul. (adres).....

fax.

tel.

**PROTOKÓŁ REKLAMACJI w ramach gwarancji/rękojmi\***

<b>Data i nr umowy</b>	
<b>Zamawiający</b>	Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów
<b>Odbiorca końcowy (dane)</b>	
<b>Nazwa reklamowanego produktu</b>	
<b>Typ/model/nazwa producenta</b>	
<b>Ilość reklamowana</b>	
<b>Data dostawy</b>	
<b>Data stwierdzenia wady</b>	<i>Data zebrania się komisji i stwierdzenia wady (do uzupełnienia)</i>
<b>Powód reklamacji</b>	
<b>Żądanie</b>	

\*Nie potrzebne skreślić

Decyzja Wykonawcy co do sposobu załatwienia reklamacji: .....

## Załącznik nr 7 do umowy

<b>KARTA WYROBU (wersja 1.1 z 03 marca 2016 r.)</b>			
Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu obrony narodowej.			
<b>CZĘŚĆ A: DOTYCZY WSKAZANIA JIM I NSN DLA WYROBU JEDNOSTKOWEGO</b> (wypełnia odbiorca wyrobu - jednostka wojskowa pełniąca funkcję wojskowego oddziału gospodarczego)			
1.	Nazwisko i imię osoby rozpatrującej wniosek:		[WYMAG]
2.	Data rozpatrzenia:		[WYMAG], [D]
3.	Komórka organizacyjna:		[WYMAG]
4.	Telefon kontaktowy:		[WYMAG], [TS] lub [TK]
5.	Kontaktowy adres poczty elektronicznej (e-mail):	-	[WYMAG]
6.	Numer wniosku wg rejestru:		[WYMAG]
7.	Status wniosku:		[WYMAG]
8.	Wskazany JIM dla wyrobu jednostkowego:		[WYMAG]
9.	Wskazany NSN dla wyrobu jednostkowego:		
10.	Informacje dodatkowe:	[c200]	
<b>CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM</b>			
1.	Numer identyfikatora GLN:		[WYMAG] [n13]
2.	Nazwa podmiotu gospodarczego:		[WYMAG]
3.	Adres siedziby głównej:		
	- miejscowość (poczta):		[WYMAG]
	- ulica, nr domu (miejscowość):		[WYMAG]
	- kod pocztowy:		[WYMAG]



	- inne dane:		
4.	Numer REGON:		[WYMAG] [REGON]
5.	Numer NIP:		[WYMAG] [NIP]
6.	Nazwisko i imię osoby zgłaszającej wniosek:		[WYMAG]
7.	Data zgłoszenia:		[WYMAG] [D]
8.	Telefon kontaktowy 1:		[WYMAG] [TS] lub [TK]
	Telefon kontaktowy 2:		[TS] lub [TK]
9.	Numer fax:		[WYMAG] [TS]
10.	Kontaktowy adres poczty elektronicznej (e-mail):		[WYMAG]
<b>CZĘŚĆ C: DOTYCZY OPISU WYROBU JEDNOSTKOWEGO</b>			
1.	Nazwa producenta wyrobu:		[WYMAG]
2.	Numer identyfikatora GLN producenta wyrobu:		[PRODUCENT] [n13]
3.	Kod GTIN dla opakowania jednostkowego:		[WYMAG] [n14] [G_1]
4.	Numer NSN – jeżeli istnieje:		
5.	Nazwa wyrobu jednostkowego:		
6.	Podstawowa jednostka miary:		[WYMAG] [JM]
7.	Rodzaj opakowania		[WYMAG] [OPAK]
8.	Parametry wyrobu jednostkowego		
8 a.	Okres trwałości:		[WYMAG] [TRWAŁ]
8 b.	Waga w kilogramach	[WYMAG]	
	- brutto:		[WAGA]
	- netto:		[WAGA]
8 c.	Objętość w litrach	[WYMAG]	
	- ilość:		[OBJĘTOŚĆ]
8 d.	Wymiary w metrach	[WYMAG]	
	- długość:		[WYMIAR]

	- szerokość (wymiar w głąb):		[WYMIAR]
	- wysokość:		[WYMIAR]
8 d.	Symbol katalogowy producenta:		
8 e.	Norma jakościowa:		
9.	Ilość nadrzędnych rodzajów jednostek handlowych w hierarchii opakowań, oznaczonych własnymi numerami GTIN:		[WYMAG], wynika
10.	Opis uzupełniający do wyrobu jednostkowego:	[c200]	
<b>CZĘŚĆ D: DOTYCZY OPISU OPAKOWANIA ZBIORCZEGO</b>			
Uwaga: Każdy załącznik stanowiący część D opisuje jeden typ opakowania nadrzędnego w hierarchii opakowań.			
Do jednej części A-B-C należy dołączyć tyle części D, ile jest form opakowań nadrzędnych w hierarchii opakowań wyrobu jednostkowego.			
1.	Kod GTIN dla formy opakowaniowej:		[WYMAG] [n14] [G_2]
2.	Nazwa wyrobu dla formy opakowaniowej:		[WYMAG]
3.	Rodzaj opakowania		[WYMAG] [OPAK]
4.	Ilość opakowań jednostkowych wg części C:		[WYMAG]
5.	Parametry wyrobu w danej formie opakowaniowej		
5 a.	Waga w kilogramach	[WYMAG]	
	- brutto:		[WAGA]
	- netto:		[WAGA]
5 b.	Objętość w litrach	[WYMAG]	
	- ilość:		[OBJĘTOŚĆ]
5 c.	Wymiary w metrach	[WYMAG]	
	- długość:		[WYMIAR]
	- szerokość (wymiar w głąb):		[WYMIAR]
	- wysokość:		[WYMIAR]

6.	Opis uzupełniający do formy opakowaniowej:	[c200]
<b>LEGENDA:</b>		
	[WYMAG]	Pole wymagane.
	[TK]	Format zapisu numeru telefonu komórkowego: „+AB CDEFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CDEFGHIJK – dalsze cyfry numeru telefonu.
	[TS]	Format zapisu numeru telefonu stacjonarnego: „00AB(CD) EFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CD - prefiks regionalny kraju, EFGHIJK– dalsze cyfry numeru telefonu.
	[D]	Format zapisu daty „RRRR-MM-DD”, gdzie RRRR - rok (4 cyfry), MM - miesiąc (2 cyfry), DD - dzień (2 cyfry).
	[c200]	Format zapisu tekstu, gdzie przykładowo c200 oznacza ciąg o maksymalnej długości 200 znaków alfanumerycznych.
	[n13]	Format zapisu numeru, gdzie przykładowo n13 oznacza ciąg 13 cyfr.
	[REGON]	Format zapisu numeru w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON), który wynosi 9 znaków numerycznych dla numeru REGON 9 cyfrowego lub 14 znaków numerycznych dla numeru REGON 14 cyfrowego.
	[NIP]	Format zapisu 9-cio znakowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP): „nnn-nnn-nn-nn”, gdzie n – pojedyncza cyfra.
	[G_1]	Należy podać numer GTIN według struktury: ➤ GTIN-8, GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych, ➤ GTIN-14 z cyfrą 9 z przodu dla wyrobu o zmiennej ilości.
	[G_2]	Należy podać numer GTIN według struktury: ➤ GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych, ➤ GTIN-14.

<b>[JM]</b>	Należy stosować zapisy jak dla jednostek miary układu SI oraz ich pochodnych i wielokrotności, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie jednostek dopuszczonych do stosowania (na przykład: litr) oraz angloamerykańskich jednostek miary (cal, stopa, jard). Przykłady: m-metr, kg- masa, l-litr, dm <sup>3</sup> -decymetr sześcienny, mm-milimetr.
<b>[OPAK]</b>	Należy podać nazwę formy opakowaniowej, na przykład: pudło, karton, skrzynia, beczka, zgrzewka, worek foliowy.
<b>[TRWAŁ]</b>	Należy podać okres trwałości wyrobu w miesiącach lub jednostkach właściwych wg resursu (np: godziny pracy, data legalizacji, data zakończenia eksploatacji, cykle ładowania, wystrzały, itd.). Dla jednostek innych niż miesiące należy podać jednostkę miary (np: 10 000 godzin pracy).
<b>[WAGA]</b>	Należy podać wagę w kilogramach z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, na przykład: dla 10 kg należy wpisać: 10,000.
<b>[OBJĘTOŚĆ]</b>	Należy podać objętość w litrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, na przykład: dla 0,5 litra należy wpisać: 0,50. Dla wyrobów nie wyrażanych w jednostkach objętości należy wpisać „Nie dotyczy”
<b>[WYMIAR]</b>	Należy podać wymiary w metrach z dokładnością przynajmniej 2 miejsc po przecinku (np. dla 1 metra i 18 centymetrów należy wpisać: 1,18, a dla 1 milimetra należy podać 0,001).
<b>[TAK/NIE]</b>	Pole wyboru, należy wpisać słowo TAK lub NIE.
<b>[PRODUCENT]</b>	Należy podać numer GLN Producenta wyrobu